

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

Sayfa 2

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 116968
Alım No : 26/1372
Talep Eden Birim : RADYASYON ONKOLOJİ A.B.D.
Konu : RADYASYON ONKOLOJİ A.B.D. İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 27.08.2026 10:00

25.08.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TERMOPLASTİK İMRT BAŞ - BOYUN- OMUZ MASKESİ			100,00	ADET		

Istem Teknik ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

25.08.2026

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR:

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB). Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Müayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI ÖLÜMASI ZORUNLUDUR. BU
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

Termoplastik IMRT Baş-Boyun Omuz Maskesi Teknik Şartnamesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisinde hasta sabitlemede kullanılmak üzere kliniğimiz için 250 adet IMRT baş-boyun maskesi alınacaktır.

1. Maskeler, baş, boyun omuzlar için en iyi derecede sabitlik sağlamalıdır.
2. Maskeler, 75°C deki suda 2-3 dakikada yumuşayabilmeli ve hasta cildinde toksik etkiye sebep olmamalıdır.
3. Maskeler, tek kullanımlık ve kendinden çerçeveli olmalıdır.
4. Termoplastik hastanın yüz şeklini 3-5 dakikada almalıdır.
5. Termoplastik çerçeveye iyi monte edilmiş olmalı, su içerisindeki yumuşamada çerçeveden ayrılmamalıdır.
6. Maske sertleştikten sonra minimum daralmaya sahip olmalıdır.
7. Cildi tahriş etmeyen, dokuyla uyumlu molekül yapısında olmalı, maske cilde ve saça yapışmamalıdır.
8. IMRT baş-boyun maskesi kliniğimizde bulunan sabitleme aksesuarlarına uygun olmalıdır.
9. IMRT Baş-boyun-omuz maskeleri omuzların başlangıç noktasından itibaren kollara doğru en az 10 cm aşağıya kadar inmeli; kalınlığı 2,0-2,4 mm olmalıdır.
10. IMRT Baş-boyun-omuz maskelerinin termoplastığı alın bölgesinde T şeklinde, omuzlarda ise şerit şeklinde sabitleme bantları içermeli; ağız ve burun bölgesi daha iri delikli olup hastanın rahat nefes almasını sağlamalıdır.
11. Maske çerçevelerinin "T" şekilli mandal kilitleme sistemi, klinikte mevcut baş-boyun-omuz tutucu taban plakasıyla tam uyumlu olmalıdır. Maskelerle birlikte her bir maskenin ihtiyacına uygun sayıda T mandallardan ücretsiz verilmelidir.
12. Uygulama sırasında çerçeve taban plakası üzerinde hasta pozisyonunu değiştirmeyecek şekilde, hareketsiz kalmalıdır.
13. Verilecek olan IMRT maskeleri üretim aşamasında ışınlanmış olmalıdır. Bu şekilde maskelerin hastaya uygulandıktan sonra deforme olması engellenmiş olacaktır.
14. Üretici firma ilgili olarak FDA veya CE belgesi ve ISO standartları olmalıdır.
15. Maskelerin çerçevelerinin üzerinde üretici firmanın orijinal logosu bulunmalıdır.
16. Teklif verilecek firmaların numuneleri görülecektir.

Prof. Dr. Gökhan Yılmaz
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 128097

Prof. Dr. Mehmet Öktem
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 128097

Prof. Dr. Remziye Yılmaz
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 128097

Prof. Dr. Mehmet Öktem
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 128097

Prof. Dr. Mehmet Öktem
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 128097

Ahmet Sahin

