

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116065
Alım No : 26/1155
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHİ SERVİSİ
Konu : GENEL CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 20.07.2026 10:00

16.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ENDO EĞİK DISSEKTÖR		OR2910 - 61	10,00	ADET		
2	ENDO CLINCH 5 MM		OR2920 - 74	5,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

ENDO EĞİK DİSEKTÖR 5 MM

1. Ürün, endoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Endoskopik disektör 5 mm çapında olmalıdır.
3. Endoskopik disektörün shaft uzunluğu en az 30 cm olmalıdır
4. Endoskopik disektörün çene uzunluğu en az 17 mm, çene açıklığı en az 20 mm olmalıdır.
5. Laparoskopik disektör lateks ve DEHP (Di-etilheksil patalat) kimyasalı içermemeli içermemelidir.
6. Endoskopik disektör 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik disektör monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Endoskopik disektörün uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt, çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı olmalı, koagulasyonu ağız kısmıyla yapmalıdır.
9. Shaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır.
10. Monopolar koter girişi erkek ve/veya dişi soketle uyumlu olmalıdır, eğer uyumlu değil ise beraberinde erkek veya dişi soketle uyumu sağlayacak adaptör veya kablo verilmelidir.
11. Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır.
12. Laparoskopik disektörün ağızı operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır.
13. Ürün paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
15. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
16. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
17. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirilecektir.

10.07.2026

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Kızıllı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. No: 161323

10.07.2026

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kişi
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. No: 179257

ENDO MAKAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Şaftın çapı en fazla 5mm olmalıdır.
4. Şaftın boyu en az 35cm veya 45 cm olmalıdır
5. Tutaç üzerinde monopolar koter bağlantısı bulunmalıdır, Ve 360 derece dönebilmelidir.
6. Şaft, makasın ucundan tutaca kadar izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.
7. Şaft, her iki tarafa 360 derece dönme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Şaft rotasyon mekanizması tek elle kullanılabilir olmalıdır.
9. Tutaç ergonomik yapıda olmalıdır.
10. Özel bir çelik ile ısıtılarak yapılmış olmalı, ve makas keskinliğini kaybetmemelidir.
11. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
13. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

10.07.2026

Dr. Öğr. Üyesi Alper VARMAK
N.E.Ü Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 161323

10.07.2026

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No. 179257

LAPAROSKOPIK DIŞLİ TUTUCU (CLINCH)-5MM

- 1- Disposable olmalıdır.
- 2- Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3- Handle ergonomik yapıda olmalıdır.
- 4- Şaftın çapı 5mm olmalıdır.
- 5- Şaftın boyu 330mm olmalıdır.
- 6- Şaft çenelerden Handle kadar izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.
- 7- Şaft üzerindeki her iki tarafa doğru 360 derece dönebilmelidir. Bu rotasyonu şaft üzerindeki mekanizması ile tek elle yapabilir olmalıdır.
- 8- Handle kısmındaki tetik sayesinde serbest ve kademeli kapama sağlamalıdır.
- 9- Rotasyon ve kilitleme mekanizmaları tek elle çalışabilir olmalıdır.
- 10- Çene uzunluğu en az 18mm olmalıdır.
- 11- Çeneler en az 21 mm açılmalıdır.
- 12- Handle üzerinde monopolar koter bağlantısı bulunmalı ve dişli erkek uyumlu olmalıdır.
- 13- Şaft handle ile belli bir açıda olmalıdır.
- 14- Handle üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan serçe parmak yeri olmalıdır.
- 15- Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
- 16- Teklif veren firmalar numune vermelidir.
- 17- Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
- 18- Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 161323

10.07.2026
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 179257