

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

16.07.2026

İstem No : 115843
Alım No : 26/1164
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHİ SERVİSİ
Konu : GENEL CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 17.07.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PROLEN MESH 26X36		OR3970 - 83	100,00	ADET		
2	PROLEN MESH 45 MM X 30 MM		OR3970 - 83	50,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/i hale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

PROLEN MESH 26X36 CM

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Acık ve laparoskopik ventral herni onarımında kullanılabilir.
2. Yamanın ebatları $26 \pm 1 \times 36 \pm 1$ cm ebatlarında, monofilaman propilen liflerin örülmesi şeklinde olmalıdır.
3. Yama (batın duvarına gelecek kısım) defekt olan bölgede gerekli doku buyumesinin sağlanabilmesi, seroma oluşumunun en aza inmesi ve enfeksiyon riskinin onlenmesi amacıyla sut nin 3.3.16 maddesinde de belirttiği gibi monofilaman polypropilen olmalıdır.
4. Yama, ameliyat suresince karşılansılacak değişik olcekteki defektlere uyum sağlayabilmesi için kesilebilmelidir.
5. Yama içerisinde her anatomide farklı reaksiyonlar gösterebilme ihtimaline karşı (yapışıklık, nuks, alerjik reaksiyon, enfeksiyon vb...) Herhangi bir hayvansal kaynak (domuz, omega3, sigir vb..) bulunmamalıdır.
6. Yama iç karın basıncına dayanıklı olmalı ve bu özellik ispatlanabilmelidir.
7. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
8. Orjinal ambalajında ve steril olmalıdır.
9. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
11. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
12. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
13. Numune uzman ekip tarafından değerlendirildikten sonra kesin karar verilecektir.
14. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir.


Dr. Öğr. Üyesi İsmail YARMAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323

01.07.2026

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 179257

**PROLEN MESH 30x45 CM MONOFİLAMENT HAFİF POLİPROPİLEN
MESH ŞARTNAMESİ**

1. Mesh monofilament polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Mesh'in ağırlığı 38gr/m² olmalıdır.
3. Mesh'in gözenek genişliği 1,5mmx1,7mm olmalıdır.
4. Mesh'in yırtılma kuvveti çözgü yönünde 26 N, atkı yönünde 24N olmalıdır.
5. Mesh'in tensil kuvveti çözgü yönünde 15N, atkı yönünde 15N olmalıdır.
6. Mesh spesifik örgü tekniği sayesinde kesim gerektirdiğinde partikül bırakmamalıdır.
7. Mesh iso-elastikiyete sahip olmalı ve her istikamette yerleştirilebilir olmalıdır.
8. Mesh'in kenarları travmatik olmamalıdır.
9. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
10. Mesh kasık ve ventral fıtık onarımlarında gerek açık gerek ise laparoskopik olarak uygulanabilir olmalıdır.
11. Tekli veya üçlü paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
12. Karton mesh ambalajının üzerinde, ürün ismi, ürün kodu, ürün ebatı, ürün açılımı, saklama koşulları, ürün lot numarası, sterilite, ce amblemi, imalat ve son kullanım tarihini gösterir bir etiket bulunmalıdır.
13. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
14. En az İki yıl miadı olmalıdır.
15. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
16. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
17. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
18. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir


Dr. Öğr. Üyesi Alper YARMAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323


Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 179257