

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116053
Alım No : 26/1165
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 20.07.2026 10:00

16.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FLEXIBLE ÜRETERORENOSKOP 6.3 FR			15,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TEK KULLANIMLIK DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERORENESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temel İşlevi:	1. Üretradan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmiyum lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi ve bu aşamada görüntüleme işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Tek Kullanımlık Dijital Ultra İnce Flexible URS çok kullanımlık Video Prosesör'den oluşmalıdır.
	Tek Kullanımlık Dijital Ultra İnce Flexible URS : 3. Tek kullanımlık olmalıdır. 4. Endoskopun aydınlatma metodu LED teknolojisi olmalıdır. 5. Endoskopun görüntü sensörü CMOS çip teknolojisi olmalıdır. 6. Kamera çözünürlüğü en az 160.000 pixel olmalıdır. 7. Görüş yönü 0°, görüş açısı en az 120° olmalıdır. Alan derinliği 5-50 mm olmalıdır. 8. Çalışma uzunluğu en az 670 mm olmalı ve ürün üzerinde her 5 cm'de bir ölçeklendirme olmalıdır. 9. Endoskopun toplam uzunluğu en az 890 mm olmalıdır. 10. Defleksiyon bükülme açısı aşağı ve yukarı en az 275° olmalıdır. 11. Endoskop kalınlığı en fazla 6.3 fr olmalıdır. 12. Enstrüman çalışma kanal çapı 6.3 URS için 3.0 Fr olmalıdır. 13. Tek Kullanımlık Flexible URS'nin kullanım ömründe herhangi bir saat sınırlama ve kontör olmamalıdır. 14. Kilit mandalı sayesinde; operasyon esnasında hekimi yormamalıdır, fleksiyon / defleksiyonu kontrollü olarak açılabilir ve açısı sabitleme özelliğiyle taş odaklanmayı kolaylaştırır. 15. Tek Kullanımlık Flexible URS kullanım kolaylığı açısından kendinden kablolu olmalıdır, doğrudan ekranlı video prosesör'e bağlanmalıdır. 16. Ürün paketlemesinde URS'yi koruma amaçlı sert, şeffaf blister içerisinde olmalı ve her URS ile birlikte 1 adet Y konektör ücretsiz verilmelidir.

Doktor Öğretim Üyesi
Hakan HAKKI TAŞKAPU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 65773

Doç. Dr. Yunus Emre GÖĞEL
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585

Tek Kullanımlık Dijital Flexible URS'nin kullanılacağı Ekranlı Video Prosesör :

Teknik Özellikleri:

17. Çok kullanımlık olmalıdır.
18. 100-240 V 50-60 kHz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
19. Cihazın kullanım kolaylığı için Türkçe dil seçeneği olmalıdır.
20. Cihaz aynı marka Dijital Tek Kullanımlık Flexible URS, Dijital Tek Kullanımlık Flexible Sisteskop, Dijital Tek Kullanımlık Rijit Sisteskop, Dijital Tek Kullanımlık Nefroskop ve Dijital Tek Kullanımlık Histeroskop ile çalışmaya müsait yapıda olmalı ve ikinci bir cihaza ihtiyaç duyulmamalıdır.
21. Cihazın rezolasyon değerleri 1280 x 800 pixel olmalıdır. Cihaz üzerindeki çıkışlardan harici monitörlere HDMI kablosu ile 1920 x 1080 pixel (Full HD) görüntü aktarımı yapılabilirdir.
22. Cihazın ekran tipi 10.1" color TFT LCD ekran olmalıdır.
23. Cihazın rotasyon özelliği ile ekrandaki görüntüyü 0°, 90°, 180° ve 270° döndürebilmelidir.
24. Beyaz ayarı (white balance) cihaz üzerindeki tuşla manuel olarak yapılabildiği gibi otomatik olarak da yapılabilirdir.
25. Cihaz ekranında operasyon esnasındaki görünüm yuvarlak, sekizgen ve kare şeklinde cihaz üzerinden hekimin isteğine göre ayarlanabilmelidir.
26. Cihaz üzerindeki tuşlarla kullanıcı modu değiştirilebilmeli, fotoğraf ve video kaydı alınabilmeli, istenildiğinde görüntü dondurulabilmeli ve parlaklık ayarı yapılabilirdir.
27. Cihazın fotoğraf ve video kaydı için en az 32 GB ve ihtiyaç durumunda arttırılabilir harici depolama alanı olmalıdır.
28. İhtiyaç halinde ekranlı video prosesöre takılan ayak pedaliyle da fotoğraf ve video kaydı alınabilmelidir.
29. Cihaz üzerindeki tuşlarla zoom ayarı en az 4 kademeli olarak yapılabilirdir.
30. Dijital video çıkışları HDMI interface ve AV (CVBS) interface olmalıdır.
31. Cihazdan video-fotoğraf transferi için USB çıkışı USB 3.0 interface (Type A) olmalı ve üzerinde hafıza kartı için giriş bulunmalıdır.
32. Operasyon esnasında dokuların görüntü yapısını iyileştirecek menü ayarları olmalıdır.
33. Ürünün, UTS/TİTUBB ve bayilik kaydı olmalıdır.
34. Ekranlı video prosesörün kullanım kolaylığı nedeniyle ekransız video prosesörler değerlendirmeye alınmayacaktır.
35. 75 adet Disposable Dijital Flexible URS için, Kullanım süresince ... Adet Ekranlı Video Prosesör ücretsiz verilecektir.

Genel Hükümler:

36. Steril pakette tek kullanımlık olmalıdır.
37. Ürünün, UTS/TİTUBB ve bayilik kaydı olmalıdır.
38. Her 10 adet Dijital Tek Kullanımlık Üreterorenoskop için (6.3 URS'ler için 9 Fr) 1 adet emme tahliye özellikli, valfli, deflekte olabilen üreter erişim kılıfı verilmelidir.
39. Disposable Flexible Üreterorenoskopların kullanım süresi boyunca konsinye olarak kullanılmak üzere üreter erişim kılıflarıyla entegre olarak çalışan 1 adet böbrek içi basıncı ölçebilen, akıllı basınç kontrollü taş temizleme sistemi bırakılmalıdır.

Doktor Öğretim Üyesi
Hakan Hakkı TAŞKIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.

Doç. Dr. Yılmaz ERGÖR
N.E.Ü. M. Tıp Fak. Hast.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585