

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116195 27.07.2026
Alım No : 26/1211
Talep Eden Birim : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.08.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	USG PROBU (NST CIH.UYM.)			2,00	ADET		

Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirmeye alınacak olup kısmi teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayrfa)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TRAVAY ÜNİTESİ FETAL MONİTÖR CİHAZLARI İÇİN PROP ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (TH11054)

1. Hastanemiz TRAVAY ünitesinde bulunan EDAN marka F3model FETAL MONİTÖR cihazları için aşağıdaki parça alınacaktır.

-US PROBU 2 ADET

2. Teklif edilecek proplar EDAN marka cihazlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen propların kablo uzunluğu 2,5 M ($\pm\%10$) olmalıdır.
4. Teklif edilen propların su geçirmezlik düzeyi IPx8 olmalıdır.
5. Teklif edilen proplar sıfır orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen parçalar kabul edilmeyecektir. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapıldığını belgelemek zorundadır. Cihazdan çıkan arızalı proplar hastaneye iade edilecektir.
6. Teklif edilen proplar cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
7. Teklif edilen proplar hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
8. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
9. Teklif edilen proplar ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
10. Teklif edilen parça en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
11. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
12. Teklif edilen proplar için uygunluk bölüm tarafından denedikten sonra verilecektir.

Prof.Dr.Ali ACAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi

Dr.Öğretim Üyesi Kübra GÜNDOĞAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Satınalma Birim Temsilcisi