

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116254
Alım No : : 26/1212
Talep Eden Birim : GASTROENTEROLOJİ POL 1
Konu : GASTROENTEROLOJİ POL 1 İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 29.07.2026 10:00

27.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SNARE POLİPEKTOMİ 30 ML		GS1130 - 18	100,00	ADET		
2	GASTROSKOPİ İÇİN SKLEROTERAPİ İĞNESİ 240 CM		GS1070 - 24	100,00	ADET		
3	ENDOSKOPİK ULTRASOUND İĞNE 25G (FNB)		GS1820 - 194	10,00	ADET		
4	ÖZEĞAGUS METALİK STENT (PARSİYEL KAPLI) 10 CM		GS1370 - 416	2,00	ADET		
5	ÖZEĞAGUS METALİK STENT (PARSİYEL KAPLI) 20 MM X 80 MM		GS1370 - 416	1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan

tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

POLYPECTOMY SNARE

- 1-ÜRÜN KATETERİ 2.3 MM OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETER UZUNLUĞU 230 CM OLMALIDIR.
- 3-ÜRÜN HANDLE İLE BİRLİKTE OLMALIDIR.
- 4-ÜRÜN KATETERİ HANDLE KISMINDAN AYRILABİLİR OLMALIDIR.
- 5-OVAL TİP OLMALIDIR.
- 6-SNARE ÇAPI 30 MM OLMALIDIR.İSTENİLEN MODELDEN BELİRLENEN ADETLERDE TESLİMAT YAPILABİLMELİDİR.
- 7-ÜRÜN KATETERİ ROTATABLE OLMALI VE HANDLE KISMINDAN ÇEVİRİLDİĞİNDE 360 DERECE DÖNEBİLMELİDİR.
- 8-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR
- 10-MALZEME SKOP İÇİNDEN GÖNDERİLİRKEN HANDLE KISMI KIRILMAMALI.İŞLEM ESNASINDA ZORLUK ÇIKARMAMALIDIR.

-SCLEROTERAPİ İĞNESİ KOLONOSKOPİK

- 1-KATETER ÇAPI 2.3 MM OLMALIDIR.
- 2-KATETER UZUNLUĞU EN AZ 230 CM OLMALIDIR.
- 3-KATETERİN UÇ KISMI METAL KORUMALI OLMALIDIR.
- 4-İĞNE UZUNLUĞU 4 VE 5 MM OLMAK ÜZERE ALTERNATİFLİ OLMALIDIR. İSTENİLEN MİKTARLARDA TESLİMAT YAPILCAKTIR.
- 5-HANDLE KISMI OLMALIDIR.
- 6-KİLİTLENEBİLİR HANDLE A SAHİP OLMALIDIR.
- 7-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.
- 8-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR
- 9-MALZEME SKOP İÇİNDEN GÖNDERİLİRKEN HANDLE KISMI KIRILMAMALI.İŞLEM ESNASINDA ZORLUK ÇIKARMAMALIDIR.

Prof. Dr. Mustafa ASIL
N.E.D. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.D.
Diyadinin No: 4683

Doç. Dr. Muharrem KESKİP
N.E.D. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.D.
Gip. T. No: 127409

TRIDENT FNB ENDOSONOĞRAFİK BİYOPSİ İĞNESİ 25G

1. Endoskopik ultrason (EUS=Endosonografi) tekniği ile biyopsi yapmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. FNA modelinin tanınal olmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kullanılabilirdir
3. Gelişmiş iğne esnekliği ve dayanıklılık için ürün iğne materyali Cobalt crom olmalıdır
4. Histolojik işlemleri kolaylaştırır, kaliteli doku örnekleme için çok bıçaklı üçlü uç yapısına sahip olmalıdır.
5. Handle üzerinde iğne derinliği ve kılıf uzunluğunu ayarlayıcı tek el ile kullanılabilir ve tek düğmeli ayarlayıcılar bulunmalıdır.
6. Gelişmiş iğne teknolojisine sahip olup V çentikli ve delikli lazer kesim iğneye sahip olmalıdır.
7. Tüm EUS endoskopi cihazları ile uyumlu olmalıdır.
8. EUS iğnesinin toplam uzunluğu ayarlanabilir ve 1375-1415 aralığında olmalıdır
9. EUS iğnesinin 25G kalınlığında seçenekleri olmalıdır.
10. EUS iğnesinin iğne uzunluğu 80 mm ve ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
11. Kateterin dış çapı 1.8 mm olup 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
12. Kılıf ile iğne arasında boşluk bulunmamalıdır.
13. Setin içinde 20 ml'lik kilitlenebilir özellikte olmak koşuluyla vakumlu şırınga olmalıdır.

TTS SİSTEM ÖZEĞAGUS STENT KİSMİ KAPLI

- 1-STENT SELF EXPANDABLE OLMALIDIR.
- 2-STENT MATERYALİ NİTİNOL OLMALIDIR.
- 3-STENT FLEXİBLE OLMALIDIR.
- 4-STENT KİSMİ KAPLI OLMALIDIR.
- 5-STENT ÇAPI 18 MM , STENT UZUNLUKLARI 10 CM OLMALIDIR.
- 6-VAKA ESNASINDA STENTİN % 80 LİK KİSMİ AÇILMIŞ OLSA BİLE TEKRAR İNTRODUCER İÇERİSİNE TOPLANABİLMELİDİR.
- 7-STENT İNTRODUCERİ 3.5 MM (10,5 F) ÇAPINDA VE ÇALIŞMA UZUNLUĞU EN AZ 180 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 8-STENTİN DİSTAL VE PROXİMAL UÇLARI KONİK ŞEKLİNDE GENİŞLEMELİ VE EN AZ 24 MM ÇAPINDA OLMALIDIR.
- 9-STENTİN HER İKİ UCUNDA İP BULUNMALIDIR.
- 10-STENTİN RADYAL FORSU YÜKSEK OLMALIDIR.
- 11-UYGULAMA APARATI ÜZERİNDE GÜVENLİK KİLİDİ BULUNMALIDIR.
- 12-0.035 KILAVUZ TEL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.
- 13-UYGULAMA APARATINDA ENJEKSİYON LÜMENİ BULUNMALIDIR.
- 14-STENT ÜZERİNDE EN AZ 12 ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
- 15-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.
- 16-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.

Prof. Dr. Mehmet AYL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.D.
Dip. No: 12744

Doç. Dr. Muhsin KECİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi H
İç Hast. ve Gastroenter
Dip. No: 12744

TTS SİSTEM ÖZEĞAGUS STENT KİSMİ KAPLI

- 1-STENT SELF EXPANDABLE OLMALIDIR.
- 2-STENT MATERYALİ NİTİNOL OLMALIDIR.
- 3-STENT FLEXİBLE OLMALIDIR.
- 4-STENT KİSMİ KAPLI OLMALIDIR.
- 5-STENT ÇAPI 18 MM , STENT UZUNLUKLARI 8 CM OLMALIDIR.
- 6-VAKA ESNASINDA STENTİN % 80 LİK KİSMİ AÇILMIŞ OLSA BİLE TEKRAR İNTRODUCER İÇERİSİNE TOPLANABİLMELİDİR.
- 7-STENT İNTRODUCERİ 3.5 MM (10,5 F) ÇAPINDA VE ÇALIŞMA UZUNLUĞU EN AZ 180 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 8-STENTİN DİSTAL VE PROXİMAL UÇLARI KONİK ŞEKLİNDE GENİŞLEMELİ VE EN AZ 24 MM ÇAPINDA OLMALIDIR.
- 9-STENTİN HER İKİ UCUNDA İP BULUNMALIDIR.
- 10-STENTİN RADYAL FORSU YÜKSEK OLMALIDIR.
- 11-UYGULAMA APARATI ÜZERİNDE GÜVENLİK KİLİDİ BULUNMALIDIR.
- 12-0.035 KILAVUZ TEL KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.
- 13-UYGULAMA APARATINDA ENJEKSİYON LÜMENİ BULUNMALIDIR.
- 14-STENT ÜZERİNDE EN AZ 12 ADET RADYOOPAK MARKER BULUNMALIDIR.
- 15-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÖM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.
- 16-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.

Prof. Dr. Mehmet ASIL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.D.
Dip. Tıp No: 74663

Doç. Dr. Muharrem KESKİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji A.D.
Dip. Tıp No: 127409