T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 119000 **17.11.2026**

Alım No : : 26/1857

Talep Eden Birim : RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ

Konu : RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM HİZMET ALIMI

Son Teslim Tarih & Saat : **24.11.2026 14:00**

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DOZİMETRE ÖLÇÜM HİZMETİ ALIMI (YÜZÜK)			36,00	ADET		
2	DOZİMETRE ÖLÇÜM HİZMETİ ALIMI			1.920,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine
teslim edilecektir.
3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat,
ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

N.E.Ü TIP FAK. HASTANESİ AKYOKUŞ 42080 - SELÇUKLU / KONYA
FAKS :0(332) 223 77 86 TEL :0(332) 223 60 00 https://hastane.erbakan.edu.tr
e-mail: meramtipsatinalma@erbakan.edu.tr

DOZİMETRE HİZMETI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kişisel Dozimetri Hizmeti, 2 aylık sürelerde, bir senede toplam 6 periyotta verilmelidir.

2.Kişisel Dozimetre ölçümünde kullanılacak dozimetreler, pasif dozimetre olup optiklüminesans veya thermolüminesans özelliği gösteren kristallerden oluşmuş olmalıdır.

3. Dozimetreler Müşteri'ye, kapalı zarf içerisinde "Dozimetre Dağıtım Listesi" ve resmi ön yazı ile birlikte yüklenici firmanın anlaşma yaptığı kargo firması aracılığıyla gönderilmelidir. Kargo masrafları yüklenici firmaya aittir.

4. Kişisel Dozimetri Hizmeti, yeni periyoda ait dozimetreler müşteriye ulaştırıldıktan sonra müşteri tarafından kullanılmış olan (eski periyot) dozimetrelerle değişiminin sağlanarak eski periyot dozimetrelerin değerlendirilmek üzere en geç 10 gün içinde yüklenici firmaya iade etmesi şeklinde gerçekleştirilmelidir.

5. Yüklenici firma, eski periyot dozimetreler tarafına ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde analiz sonuçlarını müşteriye bildirmelidir.

6. Dozimetreler; 25 kev- 4,4 Mev arasındaki tüm foton enerjilerini ölçebilmeli, bu aralıklarda TÜRKAK akreditasyon belgesi ve TENMAK yetki belgesine sahip olmalıdır.

7. Dozimetreler; 0,05 mSv-10 Sv arasında doz ölçümü gerçekleştirebilmeli, bu aralıklarda TÜRKAK akreditasyon belgesi ve TENMAK yetki belgesine sahip olmalıdır.

8. Yüklenici firma, yaka dozimetre analiz sonucu Hp(10) aylık 2mSv geçen değerler için, 1 hafta içerisinde yüksek doz bildiriminde bulunmalı ve kayıtlarını tutmalıdır. İkinci kez okuyarak sonuçları raporlamalıdır. İkinci kez okuyarak doğrulama işlemini akredite olduğu kapsamda göstermelidir.

9. Yüklenici firma, bilek veya yüzük dozimetre analiz sonucu Hp(0.07) aylık 20mSvlik değeri geçen değerler için, I hafta içerisinde yüksek doz bildiriminde bulunmalı ve kayıtlarını tutmalıdır.

10. Yüklenici firma, acil kaza durumlarında dozimetreleri 2 gün içerisinde değerlendirmelidir.

11. Doz raporlarında analiz sonuçları; herbir çalışan için, yaka dozimetresinde; tüm vücut dozu Hp(10) ve deri dozu Hp(0.07) , bilek veya yüzük dozimetre analiz sonuçlarında ise; sadece deri dozu Hp(0.07) şeklinde periyot, çeyrek dönem ve yıllık dozları ayrı ayrı verilmelidir.

12. Yüklenici firma, eski periyot dozimetrelerin değerlendirme işlemi gerçekleştirdikten sonra analiz sonuçlarını Türkiye Enerji,Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu' nun "Ulusal Doz Kayıt"sistemine kaydetmelidir.

13. Yüklenici firma tarafından Kişisel Dozimetri Hizmeti için dozimetrelerle yapılan doz değerlendirmeleri 1EC-62387-I standardına göre geçerliliği doğrulanmış değerlendirme metotlarına göre yapılmalıdır.

14. Yüklenici firmanın TS EN ISO/ 1EC 17025: 2012 belgesini ve bu kapsamda TÜRKAK Akreditasyonunu almış olması gerekmektedir.

15. Yüklenici firmanın Türkiye Enerji,Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

16. Firma dozimetre hizmetinin, hizmet verilecek olan hastane/klinik ya da birimlerdeki ya da birimlerdeki tüm cihazların foton enerji aralıklarını kapsayacak şekilde ölçüp raporlamaya yetkili olduğunu TENMAK yetki ve TÜRKAK akreditasyon belgelerinde gösterebilmeli ve beyan etmelidir.

17. Kullanıcı sayısında artış ya da azalış olma durumunda sözleşmede belirtilen birim fiyat üzerinden kullanıcı sayısı kadar faturalandırma yapılacaktır.

18. Kurumda görevli stajyer/öğrenci personeller için kullandıkları periyot kadar periyot fiyatı üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi A. Enes ATAŞ
Radyoloji AD Öğretim Üyesi
Birim Temsilci

Prof.Dr.Necdet POYRAZ
Radyoloji AD Öğretim Üyesi
Birim Temsilcisi