

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 113197 12.03.2026
Alım No : 26/516
Talep Eden Birim : NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 23.03.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OKSİJEN TUPÜ (2 LT)			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU:

Bu Şartname; 2 LT.medikal oksijen tüpü alım şartnamesidir

2. GENEL ŞARTLAR:

- Tüpler TSE kalite belgesine sahip olmalıdır.
- Tüpler tıbbi oksijen vanalarına uyumlu olacaktır.
- Oksijen tüplerinin üzerinde gazın cinsini,dolum tarihi ve dolum parti numarasını belirten etiketler olmalıdır.
- Tüplerin dolumu tüp üzerinde belirtilen işaretleme basıncına uygun basınçta yapılacak olup su hacmi ve dolum basıncına göre sıkıştırılan gaz miktarı 2 LT. tüp için 130 bar ve 0,795 m3 olmalıdır.
- Tüp çapı 10cm (100mm) tüp boyu 48cm olmalıdır.
- Tüpün tipi Alüminyum olmalıdır. Dolu olarak teslim edilmelidir
- Tüp contaları yüklenici tarafından verilecektir.
- Tüpün üzerinde oksijen veya O2 yazmalıdır.
- Tüpler 2 yıl garantili olacaktır.
- Tüplerin kapakları mühürlenmiş olarak teslim edilecektir.
- Ürün hakkında iklimlendirme atölyesinden bilgi alınacaktır.
- Yüklenici firma numune göstermek zorundadır
- Malzemeler idarenin belirleyeceği yere, idarenin belirleyeceği zamanda nakliye edilecektir.
- İstekli firmalar tekliflerini nakliye dahil verecektir. Ayrıca indirim veya bindirme bedeli talep etmeyecektir.

Prof. Dr. Figen GÜNEY
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Nöroloji A.B.D.
Dip.No: 10085383125543
Uzm.No: 8984443051

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin KIR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Res. No: 182508 - 144653