

TEKLİF TEŞTİM FORMU

Teştim No : 113973 28.04.2026
Alım No : 26/755
Talep Eden Birim : KARD YOLOJ SERVİSİ
Konu : KARD YOLOJ SERVİSİ ÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 05.05.2026 14:00

HT YAĞ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	HOLTER C HAZIR TAMIR BAKIM ONARIMI			20,00	ADET		

A A İDİ YER ALAN HUSUSLAR DARI ARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUMTURMAKTADIR.
DÖRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR DARI ARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- Numune istenmi şe yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle yazılmalı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- DöRudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlı ğının belirlemi ş oldu ğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:IEM GMBH Marka MOBİL O-GRAPH model TANSİYON HOLTER cihazlarının genel bakımının yapılması gerekmektedir.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI EFOR ÜNİTESİ 20 ADET IEM GMBH
MARKA MOBİL-O-GRAPH MODEL TANSİYON HOLTERİ CİHAZININ
BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) Teklif veren firma IEM GMBH marka MOBİL-O-GRAPH model 20 adet tansiyon holteri cihazının bakımını kullanıcı kılavuzunda yada teknik servis manuelinde belirtildiği gibi yapacaktır.
- 2) Teklif veren firma bakımda değiştireceği parçaları teklifinde ayrıntılı belirtecektir.
- 3) Teklif veren firma bakımda değiştireceği parçaların hepsini cihazın ana üreticisinden temin edecek ve BİYOMEDİKAL Birimi eşliğinde değiştirecektir. Bakımdan sonra cihazlar eksiksiz, çalışır olarak ilgili bölüme teslim edilecektir. Bakımda değiştirilen parçalar 12 ay garantili olacaktır.
- 4) Teklif veren firmanın Sağlık Bakanlığı'nın 2019/1 genelgesine istinaden teknik servis sağlayıcının ve teknik personelinin ÜTS kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.
- 5) Firma ilgili cihazların bakımını üretici firmanın belirlediği prosedürleri uygulayarak yapacak ve yaptığı bakım ile ilgili her bir cihaz için ayrıntılı servis raporunu BİYOMEDİKAL Birimine teslim edecektir.
- 6) Firma ilgili cihazın bakımını yaparken kullandığı test cihazlarının kalibrasyonunu takip etmek zorundadır ve kalibrasyon belgelerini idare istediği takdirde göstermek zorundadır.
- 7) Teklif veren firmanın bakımı yapılacak cihazlar için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- 8) Bakım esnasında ortaya çıkan ve tamamıyla servis elemanlarının ihmalkarlığı sonucunda vuku bulduğu ispat edilen her türlü kusur,hata ve arızanın neden olduğu zarar, kaza ve yaralanmalardan sorumludur. Yapılan bakım ve arızaya müdahalelerden sonra cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 9) Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- 10) Bakımda kullanılması ihtimal parçalar hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır
- 11) Genel bakım ve arızalar için kullanılacak her türlü alet,ölçüm cihazları vb. malzemeler teklif veren firma tarafından sağlanacaktır, ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
- 12) Bakım yapılacak cihazların listesi aşağıdaki gibidir.

CIHAZIN ADI	MARKASI	MODELI	SERİ NO
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBİL-O-GRAPH	CA0552
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBİL-O-GRAPH	CA0553
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBİL-O-GRAPH	CA0554

Dok. Öğr. Üyesi Yunus Emre YAVUZ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tels. No: 149527

TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0555
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0557
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0558
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0559
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0547
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0551
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CA0556
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CP2860
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	CP2861
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23406
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23407
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23408
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23409
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23410
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23411
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23412
TANSİYON HOLTERİ	IEM GMBH	MOBIL-O-GRAPH	C23413

Dok. Dr. Yakup ALSANCAK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tels. No: 102447