

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

30.04.2026

İstem No : 114280
Alım No : 26/784
Talep Eden Birim : REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 06.05.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TERAPOTİK HIPOTERMİ PEDI (YETİŞKİN)		AN1260 - 951	3,00	ADET		
2	ENTÜBASYON TÜPÜ (SUBGLOTTİK ASP.İZİN VEREN) NO:7.5		OR2810 - 74	5,00	ADET		
3	ENTÜBASYON TÜPÜ (SUBGLOTTİK ASP.İZİN VEREN) NO:8		OR2810 - 74	5,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturayükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9.Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10.Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

ŞARTNAME

1.KALEM: ISI TRANSFER PEDLERİ

1. Pedler, içerisinde dolaştırılan su vasıtasıyla hastanın vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlamalıdır. 2. Pedler, hidrojel tabakası sayesinde hastanın vücuduna yapışarak tam temas sağlamalıdır.
3. Pedler, kazayla delindiğinde veya kesildiğinde dahi , negatif basınç prensibiyle çalışmasından dolayı su sızdırmamalıdır.
4. Pedler, radyolüsent olup, gerektiğinde hastanın üzerinden çıkartılmadan, hastanın MR,CT ve X- Ray ile görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.
5. Pedler, gerektiğinde hastaya defibrilatörle müdahale edilmesine engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
6. Pedler, mükerrer kere hastaya yapıştırılıp çıkarılsa dahi en az 5 gün efektif olarak ısı transferi yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Pedler, tek hasta kullanımlık ve non-steril olmalıdır.
8. Pedler, latex-free olmalıdır.
9. Pedler, farklı kilo ve boylardaki hastaların hepsine uygulanabilmesi açısından değişik tip ve ebatlarda olmalıdır.
10. Hastane bünyesindeki cihaza uygun olmalıdır.

2. ve 3. KALEM:ENTÜBASYON TÜPÜ (SUBGLOTTİK ASP.İZİN VEREN NO:7,5 VE NO: 8)

1. tekli paketlenmiş bir steril olmalıdır.
2. Tüpün kendisi pvc'den üretilmiş olup şeffaf olmalıdır
3. Kaf poliüretenden üretilmiş olmalıdır
4. Kafın cidar kalınlığı en fazla 10 cm olmalıdır
5. Lateks içermemelidir
6. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır
7. Kaf özelliği yüksek hacim düşük basınç ve armut şeklinde olmalıdır
8. Küp üzerinde aspirasyon hattı bulunmalı hasta ventilatörden ayrılmadan endotrakeal tüpün özel sistemi ile sublotik alan aspirasyonu yapılabilmelidir
9. Dijital uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tüpün uç kısmında pilot balon bulunmalıdır
10. Tüpün üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalıdır
11. Küpün üzerinde tüpün boyu yazılı olmalıdır
12. Tüpün üzerinde tüpün iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır
13. Tüpün ucunun x rayda görülmesini sağlayan çizgisi bulunmalıdır
14. Küpün ucunda 15 mm konnektör olmalıdır.

Prof. Dr. Aliye YOSUNKAYA
F.Ö. M. Tıp Fak. Hast.
T. ve Resn. A.B. Öğrt. Üyesi
Dip. Tes. No: 36617

Uzm. Dr. Mustafa KARBAŞ
F.Ö. M. Tıp Fak. Hast.
T. ve Resn. A.B. Öğrt. Üyesi
Dip. Tes. No: 192004 / 180367