

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 112354  
Alım No : 26/326  
Talep Eden Birim : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ  
Konu : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI  
Son Teslim Tarih & Saat : 16.02.2026 10:00

12.02.2026

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| Sıra No | Malzeme Cinsi                                                                   | Açıklama | Resmî Kodu  | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | SET CPAP (MASKE PEEP VALVİ SET) YÜKSEK AKIMLI                                   |          | OR2680 - 51 | 150,00  | ADET   |              |               |
| 2       | MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI (YETİŞKİN) |          |             | 150,00  | ADET   |              |               |

**TEKNİK ŞARTNAMESLER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR**

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dıalacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan



## NAZAL YÜKSEK AKIŞ ARAYÜZÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Geniş delikli nazal kanül, nemlendirilmiş solunum gazlarının farklı gaz akışlarında iletilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kanülün kendine özgü konkav tabanlı dizaynı ve yumuşak konforlu progları olmalı bu sayede septum ve burun deliklerine rahatlık sağlamalıdır.
3. Kanülün yumuşak yanak yastıkları bulunmalı bu sayede yüze uygulanan baskıyı en aza indirerek denge sağlamalıdır ayrıca bu yastıklar baskı noktalarını, izleri veya tahrişi azaltması için büyük yüzey alanına sahip olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu özellikler ürün kataloğunda açıkça belirtilmelidir.
4. Kanüllerde bulunan yanak yastıkları anlık ebat algılamasını kolaylaştırmak adına üç farklı boy için farklı renklerde olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır ve kanüller kliniğe istenilen miktarlarda S, M ve L olarak üç ayrı boyda verilebilmelidir
5. Kanülde su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yapıya sahip hortum bulunmalı ve bu özellik ürün broşürü üzerinde açıkça belirtilmelidir.
6. Devrenin ağırlığını desteklemek ve kanülün yerinden çıkmasını önlemek için baş kayışında klips bulunmalıdır.Bu sayede maskede ayrıca bir askı ipine ihtiyaç duyulmamalıdır.
7. Standart 22mm solunum devrelerine ve nazal yüksek akış cihazının devresine ek bir konnektöre ihtiyaç duyulmadan kullanıma uygun olmalıdır ve bu özellik ürünün kataloğunda açıkça belirtilmelidir.
8. Kanüllerin çalışma akış aralığı aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Küçük (S) boy için : 10-50 L/min

Orta (M) boy için : 10-60 L/min

Büyük (L) boy için: 10-60 L/min

9. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Dr. Dr. Celal Erkin KOCUMAZ  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak.  
Göğüs Hastalıkları A.B.D.  
Dip. Tes. No: 100519

Kaşe / İmza

Dr. Dr. Celal Erkin KOCUMAZ  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak.  
Göğüs Hastalıkları A.B.D.  
Dip. Tes. No: 100519



## Nazal Yüksek Akış CPAP Kiti Teknik Şartnamesi

1. Nazal Yüksek Akış CPAP Kiti ısıtıcı hortum hattı, su haznesi (chamber), chamber cihaz dirsek ara bağlantı parçasından oluşmalıdır.
2. Nazal Yüksek Akış CPAP Kiti yetişkin hastalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Nazal Yüksek Akış CPAP Kiti 2-25 Litre / Dakika aralığında çalışabilmelidir.
4. Nazal yüksek akış CPAP kitinin hortum hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir.
5. Nazal yüksek akış CPAP Kiti paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.
6. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ayrıca chamberin sıkıştırılabilir hacmi en fazla 280 mL ve 60 L akıma karşı gösterdiği direnç 0,52 cmH<sub>2</sub>O olmalıdır. Bu hususlar chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır.
7. Nazal yüksek akış CPAP kitinin hortum hattına ısı ve akış probu entegre edilmiş olmalı ve bu sayede ek kablo bağlantısına gerek duymamalıdır. Klinikteki kullanılan Fisher & Paykel Airvo cihazları ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
8. Cihaz uluslararası standartlara uygun olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.
9. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
10. Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.

Kaşe / İmza

Kaşe / İmza

*[Handwritten signature]*  
Dr. S. G. Greening, Director  
N.Y.S. Department of Health  
60815 Madison Ave. Bldg.  
Cip Res No. 62661

Kaşe / İmza

