

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 112417
Alım No : 26/333
Talep Eden Birim : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ
Konu : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMİ
Son Teslim Tarih & Saat : 16.02.2026 10:00

12.02.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014 REKANALİZASYON AMAÇLI 4 GR		KR1083 - 138	20,00	ADET		
2	KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014 REKANALİZASYON AMAÇLI 6 GR		GR1094 - 138	20,00	ADET		
3	KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014 REKANALİZASYON AMAÇLI 3 GR		GR1094 - 138	10,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan

1 KALEM ÖNCEDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ, YÖNLENDİRİLEBİLİR REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Gövde toplam uzunluğu 190 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2) Gövde kalınlığı 0.014" (inç) olmalı; bununla birlikte uç inceltmesi 0.010" olmalıdır.
- 3) Yönlendirilebilir rekanalizasyon kılavuz teli; uç direnci 4 gf olmalıdır.
- 4) Kılavuz tel ucu; kronikleşmiş tıkanıklıklara penetrasyon için mikroklinik yapıda olmalıdır.
- 5) Kılavuz tel gövdesi rahat yönlenebilme özelliğinde olmalı; bu nedenle çekirdeği kompozit olmalıdır.
- 6) Oklüzyon içerisinde hareket ederken bozulmayan uç yapısında olmalı; önceden şekillendirilmiş uç açısı 45 derece ve şekil büyüklüğü 1mm olmalıdır.
- 7) Kılavuz Tel distal (uzak) segmenti kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Kaplanmış segment uzunluğu 400 mm olmalıdır.
- 8) Sarmal ile esneklik kazandırılmış uç segment uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 9) Ana gövde PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
- 10) Kılavuz tel kink olmamalıdır.
- 11) Kılavuz telin arkası uzatma tipi kılavuz tel ile en az 300cm. ye kadar uzatılabilir yapıda olmalıdır.

2. KALEM ÖNCEDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ, YÖNLENDİRİLEBİLİR REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Gövde toplam uzunluğu 190 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2) Gövde kalınlığı 0.014" (inç) olmalı; bununla birlikte uç inceltmesi 0.010" olmalıdır.
- 3) Yönlendirilebilir rekanalizasyon kılavuz teli; uç direnci 6 gf olmalıdır.
- 4) Kılavuz tel ucu; kronikleşmiş tıkanıklıklara penetrasyon için mikroklinik yapıda olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi
N.E.Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji A.B.D.
Kardiyoloji A.B.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 154384

Doç. Dr. Ahmet Şahin
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 154370

1

2000

100-443887-100
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 7-26-01 BY 403

- 5) Kılavuz tel gövdesi rahat yönlenebilme özelliğinde olmalı; bu nedenle çekirdeği kompozit olmalıdır.
- 6) Oklüzyon içerisinde hareket ederken bozulmayan uç yapısında olmalı; önceden şekillendirilmiş uç açısı 45 derece ve şekil büyüklüğü 1mm olmalıdır.
- 7) Kılavuz Tel distal (uzak) segmenti kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Kaplanmış segment uzunluğu 400 mm olmalıdır.
- 8) Sarmal ile esneklik kazandırılmış uç segment uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 9) Ana gövde PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
- 10) Kılavuz tel kink olmamalıdır.
- 11) Kılavuz telin arkası uzatma tipi kılavuz tel ile en az 300cm. ye kadar uzatılabilir yapıda olmalıdır.

3. KALEM ANJİOPLASTİ, REKANALİZASYON AMAÇLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1) Kılavuz tel vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek ve kronik total oklüzyonlarda tamamen tıkanmış damarı rekanalize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1.2) Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
- 1.3) Kılavuz tel hidrofobik veya hidrofilik polimer malzeme ile kaplı olmalıdır
- 1.4) Kılavuz tel çekirdeği süper esnek yapıda, kırılmalara imkân vermeyecek şekilde dayanıklı ve bu sayede torkabilitesi yüksek olmalıdır.
- 1.5) Kılavuz telin uç kısmı düz, J veya açılı konfigürasyonda olmalıdır.
- 1.6) Kılavuz tel uç yapısı gram yüklemeli veya gram yüklemesiz çeşitleri olmalı, gram yüklemeli olanlar 3 gr olmalıdır.
- 1.7) Kılavuz telin distal uç çapı 0.36 mm 0.014 inç olmalıdır.
- 1.9) Kılavuz telin uç yapısı yumuşak veya orta sert olmalıdır.
- 1.10) Kılavuz tel uzunluğu 190 ve 300 cm seçenekleri olmalıdır.
- 1.11) Radyopak kısmı 10.5 cm olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Sefa AKATAR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Bilim Dalı
Dip. Tas. No: 168384

Dr. Dr. Alper Sefa AKATAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tas. No: 154070

2 2
2 2

1

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

1.12) Yüksek yönlendirilebilirliđi (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldıđı kateterin üzerinde ilerletilebilirliđi kolay olmalıdır.

1.13) Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı ve bu ucunun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.

1.14) Kılavuz telin ucunun birçok defa şekil verilebilme ve şekil tutma hafızası yüksek olmalıdır.

1.15) Kırbaç hareketi olmadan üstün tork tepkisine ve mükemmel manevra kabiliyetine sahip olmalıdır.

1.16) Hidrolik kısmı 40 cm olmalıdır.

1.17) Kılavuz tel steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Şeha TATAR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastahesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tesc. No: 163384

Doç. Dr. Mehmet Şahin GÜNGÖR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tesc. No: 154070

2000