

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

Istem No : 114262  
Alım No : : 26/765  
Talep Eden Birim : HASTANE DEPOSU  
Konu : HASTANE DEPOSU İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 04.05.2026 10:00

**29.04.2026**

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	NAZOGASTRİK SONDA NO:10		OR1440 - 2	100,00	ADET		
2	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:5 BALONLU		OR2560 - 13	10,00	ADET		
3	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:6 BALONLU		OR2560 - 13	10,00	ADET		
4	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:6.5 BALONLU		OR2560 - 13	20,00	ADET		
5	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7 BALONLU		OR2560 - 13	40,00	ADET		
6	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7.5 BALONLU		OR2560 - 13	50,00	ADET		
7	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:8 BALONLU		OR2560 - 13	100,00	ADET		
8	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:8.5 BALONLU		OR2560 - 13	20,00	ADET		
9	TORAKS KATETER RADYOOPAK CM İŞARETLİ 36F		GHC1620 - 2	300,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

**\* ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE 150 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ VEYA VEKİLİNE YAPILACAKTIR.**

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Müayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde

**TEKNİK ŞARTNAME**  
**GENEL ŞARTLAR**

1. Bütün kalemlerde "ÜTS" ye kayıtlı ürünlerin üzerinde birebir teklif mektubunda verilen barkod numaraları orijinal ambalajında yapılmış olarak teslim edilecektir.
2. TITUBB bilgi kayıt sistemi kapsamında kayıtlı olmayan malzemeler için teslim edilecek ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkod olacaktır.
3. Son kullanma tarihi olan ürünler için; ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
4. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup, uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.
5. Malzemelerden teknik şartnamede belirtilen numune miktarı kadar numune verilecektir. Teknik şartnamesinde numune miktarı belirtilmeyenler malzemeler için 2şer adet numune verilecektir. Numuneler ihale bitiş tarihine kadar teslim edilmeyecektir.
6. Malzemelerin ambalajlarının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
7. Malzemelerin üzerinde LOT ve REF numaraları olmalıdır.
8. SGK tarafından yapılan incelemelerde, yüklenici firmanın teklif ettiği ürüne ait barkod ile etiket adı ve/veya GMDN kategorisinde uyumsuzluktan dolayı veya buna benzer başka uygunsuzluktan dolayı yapılan tüm kesintiler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
9. Malların tesliminde, muayene ve kabul işlemleri yüklenicinin teklif değerlendirme aşamasında teslim etmiş olduğu numuneler üzerinden yapılacaktır. Numuneler ile teslim edilen malzemenin aynı olma özelliği aranacaktır.
10. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemeler; bozulmuş, yırtılmış, parçalanmış, fiziksel bütünlüğü bozulmuş ve deforme olmuş vb. niteliklerde kesinlikle olmayacaktır.
11. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemelerin, orijinal barkodlarının birebir aynısı malzeme miktarı kadar teslim edilecektir.

**Fazilet CANLI**  
Tıbbi Onkoloji  
Sorumlu Hemşire

Narhan ULU  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Çocuk Hastaneleri  
Sorumlu Hemşire

## NAZOGASTRİK SONDANO:10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp vücut ile uyumlu poliüreten materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Bütün tüp boyu boyunca radyo opak olmalı ve radyografi ile görülebilmelidir.
3. Tüp yüzeyi su ile temas edilince aktif hale geçen kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
5. Renk kodlu olmalı, dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektöre uyumlu olmalıdır.
6. Tüp steril olmalı ve 1 paket içerisinde muhafaza edilmelidir.
7. Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı en az 2 adet yan delik daha bulunmalıdır.
8. Çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. Ağız içinde kırılmamalıdır.
9. Malzemelerden 2 adet numune verilecektir.

## TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU (No: 5-6 -6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Thermoplastik, Non-toksik, termosensitiv şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zarar vermeyen yapıda olmalıdır.
3. Kaf yapısı trakeaya en az temas yüzeyi oluşturan özel profil kaf kesimli olmalıdır.
4. Kafi düşük basınç – yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
5. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde veya kanatlarda tüpün iç çapı yazılı olmalıdır.
6. Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun yerleşimi sağlamak amacıyla yaklaşık 95 derece olmalıdır.
7. Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyutunca izlenebilmelidir.
8. Tespit kanalları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Kanülün içindeki mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve güvenli kullanım için sağa ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
10. Ürün latex içermemelidir.
11. Obtüratörün ortası, gerektiğinde içinden rehber tel geçecek şekilde delik olmalıdır.
12. 15 mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
13. Tekli steril ambalajda bulunmalıdır.

Fazilet CANLI  
Tıbbi Onkoloji  
Sorumlu Hemşire

Nazırlı ULUS  
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi  
Sorumlu Hemşire

14. Malzemelerden 2 şer adet numune verilecektir.

### TORAKS KATATER RADYOOPAK CM İŞARETLİ 36F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 36 ch kadar dış çaplı olmalıdır.
2. Plevra boşluğuna uyum sağlayan esnek yapıda olmalıdır.
3. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.
4. Travma oluşturmeyen uç kısmı yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
5. Uç kısmında doku emilmesini önleyen 6 çapraz yan delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.
6. Uzunluğu 52 cm( $\pm 1$  cm) olmalıdır.
7. Konnektörle birleşen kısmı 64° lik bir açı ile kesilmiş olmalıdır.
8. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 36 cm kadar işaretlendirilmiş olmalıdır. Sadece son delik, radyopak çizgi üzerinde bulunmalıdır.
9. Her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış, genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
10. Etilen oksit ile steril edilmiş ve tekli paketlerde olmalıdır.
11. Malzemelerden 2 şer adet numune verilecektir.

Fazilet CANLI  
Tıbbi Onkoloji  
Sorumlu Hemşire

Sorumlu Hemşire  
H.E.D. Medikal Fak. Hz  
Çocuk Toraks Bakım Ünitesi  
Sorumlu Hemşiresi