

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 114197
Alım No : 26/782
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHİ SERVİSİ
Konu : GENEL CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.05.2026 10:00

30.04.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LİGASYON KLİPSİ ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ EKSTRA BÜYÜK (KARTUŞ)		UR1086 - 48	100,00	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAMESLERİ İNCELEYİP DÖNÜŞ YAPINIZ

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasüyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacakları tahsil edilecektir.
- 9.Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirim aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirim suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirim yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10.Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

REUSABLE XL POLİMER CLİP KARTUŞU

- 1.Klipler şarjör üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
- 2.Bir şarjörde 6 adet yüklü XL boy polimer klip olmalıdır.
- 3.Şarjör reusable klip aplikatörüyle uyumlu olmalıdır.
4. Klipsler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
5. Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisi tespit edilmeyen absorbe olmayan Polimer yapısında olmalıdır.
- 6.Klips tam kapama sağlayan “kayık şekilli” yapıda olmalıdır.
- 7.Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 8.Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 9.Şarjör aşağıda özellikleri yazılı olan reusable klip aplikatörüyle kullanılır olmalıdır.
- 10.Kartuşlar disposable olmalıdır.
- 11.Her 100 kartuş için aşağıda özellikleri belirtilen reusable atıcıdan 1 adet kullanım süresince konsinye bırakılacaktır.
- 12.Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
13. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
14. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
15. En az 5 yıl miyatlı olmalıdır.

REUSABLE OTOMATİK POLİMER CLİP APLİKATÖRÜ

- 1.Aplikatörün Uzunluğu en az 33cm olmalıdır.
- 2.Aplikatörün Şaft çapı 10mm olmalıdır.
3. Aplikatör tek parmak ile 360° döndürülebilmelidir.
- 4.Aplikatör polimer klip kartuşu ile uyumlu olmalıdır.
5. Aplikatör çift çene hareketli olmalıdır.
- 6.Aplikatörün uç kısmı düz olmalıdır.
- 7.Aplikatör XL klip için özel renk kodlu olmalıdır.
8. Reusable olmalıdır.
- 9.Aplikatör üzerinde iç kısmının temizlenmesi için dış manşon sökülebilir olmalıdır.
- 10.Aplikatör otoklavlanabilir olmalıdır.
- 11.Aplikatörün ucu 10mm trokardan geçmesi için kademeli şekilde kilitlenip kapanır şeklinde olmalıdır.2.kademe sıkışta klipi uç kısmında atışa hazır hale getirmelidir.Tam sıkıldığında klip kilitli hale gelmelidir.
- 12.Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
13. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
14. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
15. En az 5 yıl miyatlı olmalıdır.

21.04.2026
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 179257

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YERMAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323