

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107085 27.06.2025
Alım No : 25/933
Talep Eden Birim : BEYİN CERRAHİ SERVİSİ
Konu : BEYİN CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.07.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BİPOLAR KABLOSU			20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

Bipolar Kablo Teknik Özellikleri

1. Teklif edilecek kablo çok kullanımlı olmalıdır.
2. Aesculap bipolar ile uyumlu olmalıdır
3. 134 derece buhar otoklavına girebilecek özellikte olmalıdır.
4. Cihaz giriş anahtarı 28.6 mm'lik olmalıdır
5. Round pin , tab ve US round pin tarzında 3 farklı bağlantıyı destekleyebilecek bir yapısı olmalıdır.
6. Kablo kolay kırılabilir olmamalıdır.
7. Kablo en az 4 m uzunluğunda olmalıdır.
8. Latex içermemelidir.
9. Numune gönderilmesi uygundur.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KENAR
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Ha.
Beyin ve Sinir Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 148201

Prof. Dr. M. Fatih ERDİ
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Hast.
Beyin ve Sinir Cerr. A.B.D.
Dip. Tes. No: 114326 / 38302