

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106962 19.06.2025
Alım No : 25/878
Talep Eden Birim : BİYOKİMYA A.B.D.
Konu : BİYOKİMYA A.B.D. İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 26.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	GÖZ DUŞU			1,00	ADET		
2	VÜCUT DUŞU			1,00	ADET		
3	İLK YARDIM ÇANTASI			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

N OT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

NEÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
BİYOKİMYA LABORATUVARI
ACİL VÜCUT VE GÖZ DUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Acil vücut ve göz yıkama duşu tüm laboratuvar ortamlarında olası biyolojik ve kimyasal maddelerin insanla temas ettiği anda acil olarak şebeke su sistemiyle göz veya vücut yıkanması amacına ve zemine monte etmeye uygun olmalıdır.
2. Acil duş sistemi iki entegre bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm acil durumlarda ayakta dururken tepeden aşağıya kadar duş başlık sistemi ile vücut yıkama özelliğine sahip olmalıdır. İkinci bölüm acil göz durumlarda yıkama duşu göz ve yüz çevresine biyolojik ve kimyasal maddelerin çok hızlı şekilde temizlenebilmesi için üretilmiş olmalıdır. En az 6 lt/min sabit akış hızında su püskürtecek şekilde tasarlanmış olmalıdır
3. Acil duş her tür laboratuvar ortamına montesi yapılabilir özellikte ve üründe kullanılan tüm borular ve su gideri galvaniz çelik olmalıdır.
4. Boy duş başlığı, alt kenarı kullanıcı seviyesinden (2200 ± 100 mm) ve göz yıkama ünitesinin çıkış püskürtme uçları, kullanıcının ayakta durduğu seviyeden (1000 ± 200) mm yüksekliğe sahip olmalıdır. Ürünün toplam ağırlığı minimum 15 kg olmalıdır.
5. Üründe kullanılan ayak pedalı eğilmeye ve bükülmeye dayanıklı nitelikte standart ayak tabanına oturur şekilde ölçülendirilmelidir. Pedal kumanda mekanizması olmalı ve pedal kumandası galvaniz çelik olmalıdır.
6. Su giriş bağlantısı ve atık su çıkış ölçüsü standart olmalıdır. Atık su çıkışı gideri galvanizli özellikte olmalıdır. Ürün ile birlikte montaj kılavuzu teslim edilmelidir.
7. Üretici firmanın, Geçerli Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belgelerin konusu hastane ekipmanları imalatına uygun olmalıdır.
8. Üretici firma imalat hatalarına karşı iki yıl garanti vermelidir. Üretici firma ücreti mukabilinde 10 yıl parça garantisi vermelidir.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KALINÇ
NEÜ Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya AD
Dip. Tes. No: 59101/72821

Doç. Dr. Filiz ALKAN BAYRAK
NEÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 130894