

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 108009 08.08.2025
Alım No : 25/1193
Talep Eden Birim : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Konu : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 15.08.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	MİKROSKOP OBJEKTİFİ 100 LÜK			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROSKOP CİHAZI İÇİN PARÇA ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ünitesinde bulunan 1 (bir) adet ZEISS marka PRIMOSTAR1 model MİKROSKOP cihazı için aşağıdaki parça alınacaktır.

-OBJEKTİF 100X 1 ADET

2. Teklif edilecek parça ZEISS marka cihazlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. 100X büyötmeye sahip olmalıdır.
4. Çalışma mesafesi en az 0.2 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen parça ,sıfır orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduđu iddia edilen parçalar kabul edilmeyecektir. İstenildiđi takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiđini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapıldığını belgelemek zorundadır.
6. Teklif edilen parça cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak yapısını deđiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
7. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
8. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliđi tedbirlerini almak zorundadır.
9. Teklif edilen parça ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşın herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
10. Teklif veren firma teslimat sonunda parçanın montajını, cihazın tüm bakımlarını ve ayarlarını yapacak, çalışma performansını test edecek ve hasta almaya hazır çalışır vaziyette teslim edecektir.
11. Teklif edilen parça en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
12. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
13. Teklif veren firma yaptıđı tüm işlemler için servis raporu tutacak ve BİYOMEDİKAL biriminden onay alacaktır.
14. Teklif edilen parçanın uygunluđu denendikten sonra verilecektir.


Dr. Ömer ÜNAL
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 168392


Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrop. Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 98442-75822