

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107966
Alım No : 25/1178
Talep Eden Birim : STERİLİZASYON MERKEZİ
Konu : STERİLİZASYON MERKEZİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 12.08.2025 14:00

05.08.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SU ARITMA MEMBRANI			4,00	ADET		
2	EVYE BATARYASI SİRALLİ			6,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**


1.KALEM :SU ARITMA MEMBRANİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Teklif edilen membran filtre 4 inç çapında 40 inç boyunda olmalıdır. Membran yüzey alanı en az 7,9 m² olmalıdır.
- 2.Teklif edilen filtre günlük 1900-2600 GPD arasında üretim yapabilmelidir.
- 3.Teklif edilen filtre tuz arıtımı (salt rejec) % 99,6 ve üzeri olmalıdır.
- 4.Teklif edilen filtre maksimum 600 psig de çalışabilmelidir.
- 5.Teklif edilen filtre PH'ı 3,0 – 10,0 arasında olan su ile çalışabilmelidir.
- 6.Teklif edilen filtre maksimum 45 °C su sıcaklığında çalışabilmelidir.
- 7.Teklif edilen filtre membran materyali Spiral sargılı Composit Polyamide, Polyamide Thin film Compozit olmalıdır. Membran dış yüzeyinin sert Fiber destekli kabuklu olması gerekmektedir.
- 8.Teklif edilen AIMI standartlarında su üretimi yapabilmelidir.
- 9.Teklif edilen filtre malzeme orijinal ambalajında hastaneye getirilecek, montajı yüklenici tarafından yapılacak ve çalışır durumda ayarları yapılarak kuruma teslim edilecektir. Cihazı orijinaline uygun bir şekilde kaçak vb. olmadan teslim edilecektir. Teklif edilen sistem devreye alındıktan sonra 20 µs/cm altında iletkenlikte su üretimi yüklenici tarafından garanti edilmelidir.
10. Teklif edilecek filtre ünitede bulunan sistemle tion tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
11. Teklif edilen filtre ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
12. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Teklif edilen filtreler kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır. Yüklenici firma yaptığı işçiliğe ve kullandığı malzemeye karşı garanti vermelidir yaptığı iş ile ilgili arıza durumunda 6 saat içinde arızaya müdahale etmeyi kabul ve taahhüt etmelidir.
13. Yüklenici firma sterilizasyon servisi iş akışını aksatmayacak şekilde gerekirse mesai saatleri dışında montaj yapmayı kabul ve taahhüt etmelidir.

2.KALEM : EVYE BATARYASI SİRALLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tek kumandalı açma kapama özelliği olmalıdır.
- 2.Çıkış ucu ve el duşundan su akışı özelliği olmalıdır.
- 3.El duşu spiral uzunluğu 450 mm olmalıdır.
- 4.Çıkış ucu uzunluğu 180 mm olmalıdır.
- 5.Çıkış ucu yüksekliği 150 mm olmalıdır.
- 6.Çıkış ucu döner borulu olmalıdır.
- 7.Kartuşu ısı ve debi limitörlü olmalıdır.
- 8.Maksimum su sarfıyatı 9 litre/dakika olmalıdır.
- 9.Duvara bağlantı aparatı olmalıdır.
- 10.Firma tarafından numune getirilecektir.


Derya YILMAZER
Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi


Prof.Dr. Metin DOĞAN
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu