

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAŞTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107199
Alım No : 25/986
Talep Eden Birim : ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 17.07.2025 10:00

10.07.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SANTRAL VENÖZ KATETER 2FR 4CM		GR1281 - 45	5,00	ADET		
2	SANTRAL VENÖZ KATETER 3FR 6 CM		GR1281 - 45	5,00	ADET		
3	SANTRAL VENÖZ KATETER 4FR 8CM		GR1281 - 45	5,00	ADET		

ASAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifikası geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci, başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLERİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

N.E.Ü.TIP FAK. HASTANESİ AKYOKUŞ 42080 - SELÇUKLU / KONYA
FAKS: 0(332) 223 77 86 TEL : 0(332) 223 60 00
<https://hastane.erbakan.edu.tr>

MIDLINE (ORTAHAT) KATETER TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kateter, kısa ve orta vadeli periferel venöz erişimler için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter, bir haftadan uzun süreli tedavi alacak ve zayıf venöz erişime sahip hastalar için uygulama kolaylığı ve konfor sağlamalıdır.
3. Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve vücut ısı ile yumuşayabilen poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-Ray altında görülebilir olması için radyopak olmalıdır.
4. Kateter farklı hasta grupları için 2 Fr-3 Fr-4 Fr-5 Fr olarak seçilebilmelidir.
 - Kateter uzunluğu, 2 fr için kullanıcının isteğine göre 4, 6, 8, 10 ve 15 cm seçilebilmelidir.
 - Kateter uzunluğu, 3 fr için kullanıcının isteğine göre 6, 8, 10, 12, ve 15 cm seçilebilmelidir.
 - Kateter uzunluğu, 4 fr için kullanıcının isteğine göre 8, 10, 12, ve 15 cm seçilebilmelidir.
 - Kateter uzunluğu, 5 fr için kullanıcının isteğine göre 15 ve 20 cm seçilebilmelidir
5. Kateter Seldinger tekniği ile yerleştirilebilmelidir.
6. Kateter yerleştirme işlemi için set içerisinde;
 - 1 adet seçili çapta kateter,
 - 1 adet uygun boyutlarda uygulama iğnesi,
 - 1 adet uygun çapta / uzunlukta paslanmaz çelik kılavuz tel
 - 1 adet yeşil renkte kateter tanımlama etiketi (kateter tipi, maksimum akış oranı ve çalışma basıncı bilgileri) bulunmalıdır.
7. Kateter, BT (bilgisayarlı tomografi) prosedürleri sırasında uygulanan yüksek basınçlı kontrast madde enjeksiyonu için 300 psi / 22 bar basınç altında çalışabilmelidir.
8. Kateter üzerinde, damar içerisinde ne kadar ilerletildiğini tanımlamak için 1 cm aralıklarla derinlik işaretleri bulunmalıdır.
9. Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, enjeksiyon ve infüzyon kolaylığı için uzatma hattı olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır
10. Kateter, damar hasarı riskini azaltan atravmatik özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Kateter son derece esnek olup, hastalarda kolayca tolere edilebilmeli ve vücut ısısına göre yumuşamalıdır.
12. Kateter yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
13. Kateter CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah YAZAR
M.E.D. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.
Dip. Tes. No: 187718

Prof. Dr. Faruk AKIN
M.E.D. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.B.D.
Dip. Tes. No: 187718

14. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
16. Numune denendikten sonra alınacaktır.

Dr. Abdullah YAZAR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.
Dip. Tes. No: 107718

Prof. Dr. Fatih AKIN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.B.D.
Dip. Tes. No: 104118