

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

İhale Kayıt No:

Teklif No: 106521 : 25/797

Talep Eden Birim: KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D

Konu : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D İÇİN 1 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIMI

Son Teslim Tarih & Saat : 24.06.2025 14:00

YAKLAŞIK MALİYET

Sıra	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Açıklama	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SEYYAR IŞIK KAYNAĞI	2	ADET	TAŞINABİLİR IŞIK KAYNAĞI		

Not: Teklifler KDV' siz olarak verilecektir.

Not: Teknik şartname ektedir. (1 Sayfa)

LS BATARYALI LED IŞIK KAYNAĞI

- Atmos marka IQam Kamera veya Atmos marka Nazofaringaskop ile uyumlu olmalıdır. Mobil bir endoskopi seti oluşturmak için birbirini mükemmel bir şekilde tamamlamalıdır.
- Güç modu en az 3 kademede ayarlanabilmelidir;
Power modunda 160.000 Lux
1.modda 88.000 Lux ,
2.modda 12.000 Lux ,
3.modda 1.700 Lux ,
- Batarya 3 saatte şarj edilebilmelidir.
- Ürün ağırlığı Pil dahil 51 gramdan fazla olmamalıdır.
- Bataryalı ışık kaynağının ölçüsü yaklaşık 75 mm x 21 mm boyutlarında olmalıdır.
- Bataryanın pil durumunu gösteren manyetik USB şarj çipi olmalıdır.
- Işık kaynağı su geçirmez olmalıdır. Hafif ve kullanımı kolay olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Rukiye ÖZÇELİK ERDEM
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Prof.Dr.Mehmet Akif ERYILMAZ
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

