

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107088 26.06.2025
Alım No : 25/911
Talep Eden Birim : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D
Konu : KULAK BURUN BOĞAZ A.B.D İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FIBER OPTİK IŞIK KABLOSU			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Teklif edilecek fiber optik ışık kablosu hastanemiz KBB polikliniğinde kullanılan KARL STORZ marka endoskopik görüntüleme cihazlarıyla (1 adet Karl Storz (XENON LAMP) marka modeli:20131520, 1 adet Karl Storz (HOLEGEN 250 LAMP) marka modeli:20113320) uyumlu olmalıdır.
- 2.Çapı en az 2.8 mm, uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.
- 3.Isıya ekstra dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.
- 4.Otoklavlanabilmelidir.
- 5.Teklif edilecek ürün için numune görülecektir. Uygunluk numune değerlendirmesinden sonra verilecektir.
- 6.Teklif edilecek kablo en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Rukiye ÖZÇELİK ERDEM
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Mehmet Akif ERYILMAZ
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi