

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107146 26.06.2025
Alım No : 25/921
Talep Eden Birim : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Konu : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.07.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OTOKLAV KAPI CONTASI			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa;)

*** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.

OTOKLAV KAPAK CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarında bulunan NÜVE marka NC 90 M model OTOKLAV cihazı için kapak contası alınacaktır.
2. Teklif edilecek parça NÜVE marka cihazlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen parça, sıfır, orijinal parça olmalıdır.
4. Teklif edilen parça cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
5. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
6. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
7. Teklif edilen parça ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Teklif veren firma teslimat sonunda parçanın montajını yapacak, cihazın ayarlarını yapacak, çalışma performansını test edecek ve hasta almaya hazır çalışır vaziyette teslim edecektir
9. Teklif edilen parça en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
10. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
11. Teklif edilen parça denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Selin UĞRAKLI
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 168392

Prof. Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkani
Dip. Tes. No: 61828 - 68253