

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107555 28.07.2025
Alım No : 25/1089
Talep Eden Birim : AĞRI (ALGOLOJİ) SERVİSİ
Konu : AĞRI (ALGOLOJİ) SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 04.08.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ARA KABLO (RF CİHAZI İÇİN)			30,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

TH11840 –

RF ELEKTROT ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Thermocouple RF elektrotlarının Neurotherm marka RF cihazlarına bağlantısını sağlamalı, elektrot soketine uyumlu olmalıdır.
2. Cihaz soketi uç kısmında tırnak mekanizması bulunmalı, kablunun cihaz soketinden çıkması engellenmelidir.
3. Reusable olmalı, buhar veya etilen oksit sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
4. RF cihazına direkt takılmalıdır.
5. Soket hariç yaklaşık 20cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Cihazın ayarladığı değerleri iletmesi bakımından uygun karakteristik yapıda olmalı, sapma yapmamalıdır.
7. CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Sema TUNÇER UZUN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anes. ve Rean. A.D. Ağrı B.D. Bşk.
Dip. Tes. No: 60696

Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anestezi ve Rean. A.D. Ağrı B.D.
Dip. Tes. No: 9712