

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 106051
Alım No : 25/694
Talep Eden Birim : ANJIOGRAFI VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Konu : ANJIOGRAFI VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 16.05.2025 10:00

13.05.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	INTRADUCER SHEAT 8F 45-64 CM		GR1064 - 176	3,00	ADET		
2	INTRODUCER SHEAT 9F		GR1064 - 176	3,00	ADET		
3	INTRADUCER SHEAT 16F		GR1064 - 176	3,00	ADET		
4	INTRADUCER SHEAT 18F		GR1064 - 176	3,00	ADET		
5	KATETER INTRA KARDİYAK LONG SHEATH 10F		KR1051 - 418	3,00	ADET		
6	KATETER INTRA KARDİYAK LONG SHEATH 14F		KR1051 - 418	3,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasıyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9.Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10.Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
12, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER, DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2025 ve/...../2025 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER, DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1-GR-1064 (45-55 CM HİDROFİLİK , ÖRGÜLÜ İNTRODUCER) GUIDİNG İNTRODUCER, SHEAT TÜM BOYLAR TEKNİK ŞARTNAMESİDİR:

- 1]Guiding sheat örgülü ve hidrofilik yapıda olmalıdır.
- 2]Distal uç radyopak banta sahip olmalı,uç kısım yumuşatılmış olmalıdır.
- 3]0.18 /0.38 inch dilatatörle çalışabilmeli ve paket içinde ihtiva etmelidir.
- 4]5 -6 -7-8FR – 9FR kalınlıkta ve 45cm -55 cm seçenekleri olmalıdır.
- 5]Uç konfigürasyonu (kulpları) 0-1-2-3 açılı seçenek sunmalıdır.
- 6]İç lümeni çapları 5French de 0.074, 6French de 0.087, 7French sheat de 0.100 inch e kadar olanak sağlamalıdır.
- 7]45 cm' lik ürünlerde tuohy-borst valve ihtiva etmelidir.
- 8]Yüksek hareketliliğe imkan tanımalı cross-over yapabilmelidir,
- 9]Kırılma bükülmeye olanak tanımamalıdır.
- 10]Steril paketinde tek kullanımlık ve paket üzerinde tüm teknik detaylar yazmalıdır.
- 11] Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç.Dr. Bekir TURGUT

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)

2-GR-1064 (45-55 CM HİDROFİLİK , ÖRGÜLÜ İNTRODUCER) GUIDİNG İNTRODUCER, SHEAT TÜM BOYLAR TEKNİK ŞARTNAMESİDİR:

- 1]Guiding sheat örgülü ve hidrofilik yapıda olmalıdır.
- 2]Distal uç radyopak banta sahip olmalı,uç kısım yumuşatılmış olmalıdır.
- 3]0.18 /0.38 inch dilatatörle çalışabilmeli ve paket içinde ihtiva etmelidir.
- 4]5 -6 -7-8FR – 9FR kalınlıkta ve 45cm -55 cm seçenekleri olmalıdır.
- 5]Uç konfigürasyonu (kulpları) 0-1-2-3 açılı seçenek sunmalıdır.
- 6]İç lümeni çapları 5French de 0.074, 6French de 0.087, 7French sheat de 0.100 inch e kadar olanak sağlamalıdır.
- 7]45 cm' lik ürünlerde tuohy-borst valve ihtiva etmelidir.
- 8]Yüksek hareketliliğe imkan tanınmalı cross-over yapabilmelidir,
- 9]Kırılma bükülmeye olanak tanımamalıdır.
- 10]Steril paketinde tek kullanımlık ve paket üzerinde tüm teknik detaylar yazmalıdır.
- 11] Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç.Dr. Bekir TURGUT

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)

3-GR-1064 (45-55 CM HİDROFİLİK , ÖRGÜLÜ İNTRODUCER) GUIDİNG İNTRODUCER, SHEAT TM BOYLAR TEKNİK ŞARTNAMESİDİR:

- 1]Guiding sheat örgl ve hidrofilik yapıda olmalıdır.
- 2]Distal u radyopak banta sahip olmalı,u kısım yumuşatılmış olmalıdır.
- 3]0.18 /0.38 inch dilatatrle alışabilmeli ve paket iinde ihtiva etmelidir.
- 4]5 -6 -7-8FR – 9FR kalınlıkta ve 45cm -55 cm seenekleri olmalıdır.
- 5]U konfigrasyonu (kulpları) 0-1-2-3 aılı seenek sunmalıdır.
- 6]İ lmeni apları 5French de 0.074, 6French de 0.087, 7French sheat de 0.100 inch e kadar olanak saėlamalıdır.
- 7]45 cm' lik rnlerde tuohy-borst valve ihtiva etmelidir.
- 8]Yksek hareketliliėe imkan tanınalı cross-over yapabilmelidir,
- 9]Kırılma bklmeye olanak tanımamalıdır.
- 10]Steril paketinde tek kullanımlık ve paket zerinde tm teknik detaylar yazmalıdır.
- 11] Firmalar denenmek zere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Do.Dr. Bekir TURGUT

Girişimsel Radyoloji Departmanı

ğretim yesi (Birim Temsilcisi)

Do.Dr. Sleyman BAKDIK

Girişimsel Radyoloji Departmanı

ğretim yesi (Birim Temsilcisi)

4-GR-1064 (45-55 CM HİDROFİLİK , ÖRGÜLÜ İNTRODUCER) GUIDİNG İNTRODUCER, SHEAT TÜM BOYLAR TEKNİK ŞARTNAMESİDİR:

- 1]Guiding sheat örgülü ve hidrofilik yapıda olmalıdır.
- 2]Distal uç radyopak banta sahip olmalı,uç kısım yumuşatılmış olmalıdır.
- 3]0.18 /0.38 inch dilatatörle çalışabilmeli ve paket içinde ihtiva etmelidir.
- 4]5 -6 -7-8FR – 9FR kalınlıkta ve 45cm -55 cm seçenekleri olmalıdır.
- 5]Uç konfigürasyonu (kulpları) 0-1-2-3 açılı seçenek sunmalıdır.
- 6]İç lümeni çapları 5French de 0.074, 6French de 0.087, 7French sheat de 0.100 inch e kadar olanak sağlamalıdır.
- 7]45 cm' lik ürünlerde tuohy-borst valve ihtiva etmelidir.
- 8]Yüksek hareketliliğe imkan tanımalı cross-over yapabilmelidir,
- 9]Kırılma bükülmeye olanak tanınamalıdır.
- 10]Steril paketinde tek kullanımlık ve paket üzerinde tüm teknik detaylar yazmalıdır.
- 11] Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç.Dr. Bekir TURGUT

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)

5-KR1051 30 CM İNTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1]Girişimsel işlemlerde kullanılmak için özel üretilmiş olmalıdır.
- 2]Distali Radyoopak bantlı olmalıdır.
- 3]Bükülme ve kırılmalara karşı dayanıklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip olmalıdır.
- 4]Guiding sheat 6F-7F-8F-10F-12F-14F-16F-18F kalınlık seçeneklerini sunmalı, Kılıf uzunluğu 30 cm, dilatör uzunluğunun 37,41,42 cm seçenekleri olmalıdır.
- 5]Ürün 0.038 inch guide wire geçişine uygun dilatatör seçimine sahip olmalıdır.
- 6]Tekli pakette ve tek kullanımlık olmalı teknik bilgiler paket üzerinde yazmalıdır.
- 7]Malzemenin miadı üzerinde belirtilmeli,en az bir yıl olmalıdır.
- 8] Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç.Dr. Bekir TURGUT

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)

6-KR1051 30 CM İNTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1]Girişimsel işlemlerde kullanılmak için özel üretilmiş olmalıdır.
- 2]Distali Radyoopak bantlı olmalıdır.
- 3]Bükülme ve kırılmalara karşı dayanıklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip olmalıdır.
- 4]Guiding sheat 6F-7F-8F-10F-12F-14F-16F-18F kalınlık seçeneklerini sunmalı, Kılıf uzunluğu 30 cm, dilatör uzunluğunun 37,41,42 cm seçenekleri olmalıdır.
- 5]Ürün 0.038 inch guide wire geçişine uygun dilatatör seçimine sahip olmalıdır.
- 6]Tekli pakette ve tek kullanımlık olmalı teknik bilgiler paket üzerinde yazmalıdır.
- 7]Malzemenin miadı üzerinde belirtilmeli,en az bir yıl olmalıdır.
- 8] Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç.Dr. Bekir TURGUT

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim Üyesi (Birim Temsilcisi)

Doç.Dr. Süleyman BAKDIK

Girişimsel Radyoloji Departmanı

Öğretim üyesi (Birim Temsilcisi)