

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106810
Alım No : 25/838
Talep Eden Birim : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOGUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOGUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 20.06.2025 10:00

17.06.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	UMBLİKAL KATETER 5F		OR2450 -	56 300,00	ADET		
2	PERİFERİK LONG LINE KATETER 3F		GR1281 -	45 20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan listede dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

N.E.Ü TIP FAK. HASTANESİ AKYOKUŞ 42080 - SELÇUKLU / KONYA
FAKS :0(332) 223 77 86, TEL :0(332) 223 60 00
<https://hastane.erbakan.edu.tr>

Göbek Kateteri (Umbilikal Kateter) Teknik Şartnamesi (-5F)

- 1_ Yenidoğan için santral olarak yoğun konsantrasyonda ilaç ve beslenme solüsyonları vermek için imal edilmiş olmalıdır.
- 2_ Kateter silikondan veya poliuretandan imal edilmiş olmalıdır.
- 3_ Kateterin uzunluğu 20 cm üzerinde olmalıdır.
- 4_ Kateter röntgen filmi ile görüntülenebilmeli.
- 5_ Kateter ucu atravmatik olmalı, kateter vücut ısısında yumuşamalıdır.
- 6_ Kateterdistal ucunda serum setinin bağlanmasını sağlayan uzatması olmalıdır. Serum setine bağlanması için ek bir cihaza ihtiyaç olmamalıdır.
- 7_ Kateter üzerinde derinliğin belirlenmesini sağlayan işaret bulunmalıdır.
- 8_ Katetersteril olmalıdır.
- 9_ Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi , son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 10_ Yenidoğan kliniğinde çalışan bir uzman tarafından uygunluğunu değerlendirmek üzere 2'şer adet numune teslim edilmelidir.

3F (PICC LINE) PERİFERİK YERLEŞİMLİ SANTRAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yenidoğan ve çocuklarda periferik yoldan intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Özellikle 2Kg'dan büyük çocuklarda kullanılabilir özellikle olmalıdır.
- 3-Kateter vücutta uzun süreli bekleyebilecek ve damarı travmatize etmeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4-Kateter son derece fleksible olup prematüre bebeklerde bile kolaylıkla tolere edilebilmelidir.
- 5-Sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 6-Sistem içinde yer alan introducer, kırılabilir iğne olmalıdır.
- 7-Kırılabilir iğne çapı 17G 30mm olmalıdır.
- 9-Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
- 10-Kateter kalınlığı (3F) 19G uzunluğu ise kullanıcının isteğine göre 30 cm, 60 cm olmalıdır.
- 11-Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.
- 12-Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda , enjeksiyon ve infüzyon kolaylığı için mamul uzatma olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır.
- 13-Uygulama kolaylığı sağlamak için kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.
- 14-Kateterin distal ucunda kateterin tam olarak damardan çıkarıldığından emin olabilmek için siyah marker bulunmalıdır.
- 15- Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 16-Ambalajlar üzerinde steril tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miatlı olmalıdır.
- 17-Kateter CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.
- 18-Kateterin ÜTS kaydı olmalıdır.
- 19- Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir.

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95250

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209