

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107082 27.06.2025
Alım No : 25/934
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.07.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SELENOİD BOBİNİ			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AMELİYAT MASASI İÇİN
PARÇA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan BIÇAKÇILAR marka SURGILINE 3000 model ameliyat masaları için aşağıdaki parça alınacaktır.

-AMELİYAT MASASI SELENOİD VALF BOBİNİ (DC 24 V- 0.42 A) 1 ADET

2. Teklif edilecek parça BIÇAKÇILAR marka cihazlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen parça ,sıfır, orijinal parça olmalıdır.
4. Teklif edilen parça cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
5. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
6. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
7. Teklif edilen parça ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Teklif edilen parça en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
9. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
10. Teklif edilen parça denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Hasan Hüseyin ÇAPKAN
H.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkez
Biyomedikal Teknikleri

Pınar KAMSIZ
H.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Merkez
Biyomedikal Teknikleri