

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107083 27.06.2025
Alım No : 25/935
Talep Eden Birim : REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.07.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EKRAN (VENTİLATÖR CİH.İÇİN)			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ REANİMASYON YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİ VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN PARÇA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 1 (bir) adet DRAEGER marka EVİTA V500 model VENTİLATÖR cihazı için aşağıdaki parça alınacaktır.

-EKTRAN (LCD PANEL) 1 ADET

2. Teklif edilecek parça DRAEGER marka cihazlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen parça ,sıfır, orijinal parça olmalıdır. Cihazdan çıkan arızalı parça hastaneye iade edilecektir.
4. Teklif edilen parça cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ,yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
5. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
6. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
7. Teklif edilen parça ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Teklif edilen parça en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

Prof. Dr. Alper YOSUNKAYA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Reanimasyon A.B.D. Öğr. Üy.
Dip. Tes. No: 3662

Prof. Dr. Funda BÖK
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reani. A.B.D.
Dip. Tes. No: 106266