

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106759
Alım No : 25/833
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE
Konu : AMELİYATHANE İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 20.06.2025 14:00

13.06.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TERLİK			1.100,00	ÇİFT		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnamesi Ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

ANTİSTATİK TERLİK ŞARTNAMESİ

- 1) Terlikler tek parça olup %100 copolymer kauçuk bileşiminden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Ürünün tüm yüzeyinde anti statik mevcut olmalıdır.
- 3) Buharlı otoklavında 134 dereceye kadar dayanıklılığa sahip ve 90 derecede yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- 4) Eter, ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5) Ürün ultra viole ve gamma ışınlarına mukavim olmalıdır.
- 6) Terlik iç tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak zorunda kalındığında kan dolaşımının hızlanması için minik kabarcıklar mevcut olmalıdır.
- 7) Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direk teması engelleyen tepecikler olmalıdır.
- 8) Taban üst kenarında havalanmayı sağlayan karşılıklı delikler olmalıdır.
- 9) Terlikler üstten dökülen sıvıların (kan, ifrazat gibi) deliklerden içeri sızmasını engeller özellikte yukarı konik şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 10) İç tabanı anatomik özellikte olmalıdır.
- 11) Topuk yastık etkisi yapabilme özelliğinde olmalıdır.
- 12) Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 13) Kuru zeminde ve suda kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım bulunmalı ve iz bırakmaz özellikte olmalıdır.
- 14) Sabit duruşta sağa sola dönülebilir olmalıdır.
- 15) Yürürken ayaktan çıkmaz olmalıdır.
- 16) Terlikler anti fungal, anti mikrobik ve anti bakteriyel hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
- 17) Koku yapmayan özelliğe sahip olmalıdır.
- 18) Maksimum esnetebilme değeri %870 olmalıdır.
- 19) ISO belgesine sahip olmalıdır.
- 20) Anti statik olduğu terlik üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 21) Aşınma ve kullanım hataları hariç her türlü imalat ve işçilik hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.
- 22- Terliklerin 35-36 ,37-38, 39-40. 41-42. 43-44, 45-46 numaraları mevcut olmalıdır.
- 23- Renk seçenekleriyle yeşil, açık mavi, kırmızı, lacivert, sarı, pembe, siyah, turuncu ve beyaz mevcut olmalıdır.
- 24- Terliklerin arka kısmında ameliyathanede kolay kullanım için terlik numaraları belirtilmiş olmalıdır.
- 25- Terliklerin alt tabanında ürünlerin üretim tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
- 26- Halojen alevden etkilenmeyen özel anti statik ve anti mikrobiyel maddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 27- Terliklerin hangi numarada kaç adet alınacağını hastane belirleyecektir.
- 28- Yıkama için her terliğe 1 adet file verilmelidir.

Prof. Dr. Ömer TANYELİ
Necmettin Erbakan Üny. Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 104922

3.6.2025
Dr. Öğr. Üyesi Ali R. YILMAZ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323