

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106799 19.06.2025
Alım No : 25/874
Talep Eden Birim : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 26.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FLOW SENSÖR (LEONİ)			20,00	ADET		
2	FLOW SENSÖR KABLOSU (LEONİ)			10,00	ADET		
3	CİLT ISI PROBU (OKUMAN MARKA AÇIK YATAK İÇİN)			20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

1.NOLU İSTEM

LEONİ PLUS VENTİLATÖR CİHAZI FLOW SENSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Flow sensör Löwenstein marka Leoni / Leoni Plus yenidoğan ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Flow sensör Y parçasının ucuna takılabilir özellikte olmalıdır.
3. Flow sensör her solunumda ölçüm yapabilecek kabiliyette olmalıdır.
4. Flow sensör girişi cihaza ait flow sensör kablosunun yuvasına tam oturacak şekilde olmalıdır.
5. Flow sensördeki ölü boşluk 0.6 ml 'den daha büyük olamamalıdır.
6. Flow sensör 134 derecede 5 – 10 dakika arasında buhar otoklav işlemi görebilmelidir.
7. Flow sensör üretici firmanın orijinal ürünü olmalı ve Leoni Plus ventilatör ile aynı marka olmalıdır.
8. Bölümümüz tarafından gerekli Flow sensör uygunluğu için numune istenecektir. Numune görüldükten sonra uygunluk verilecektir.

2.NOLU İSTEM


FlowSensör Kablosu Teknik Şartnamesi

- FlowSensör kablosu Leoni Plus yenidoğanventilatörü girişine uygun olacaktır.
- Flowsensör kablosunun sensör ucu orijinal flowsensör girişi ile uygun olacaktır. Sensör dişlileri güvenlik amaçlı korumalı yuvaya oturmalıdır.
- Flowsensör kablosu en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.
- Flowsensör kablosu üretici firmanın orijinal ürünü olmalıdır.
- Bölümümüz tarafından flowsensör kablosu uygunluğu için numune istenecektir.

3.NOLU İSTEM

CİLT ISI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen prob, hastane bünyesinde kullanılan OKUMAN marka açık yataklara uyumlu ve orijinal parçası olmalıdır.
2. Teklif edilen prob çok kullanımlık(reusable) olmalıdır.
3. Cild temas yüzeyi çapı 8 mm den büyük olmamalıdır.
4. Prob uzunluğu 120 cm den kısa olmamalıdır.
5. Cihaz orijinal ambalajında üretici firma bilgileri, ürün bilgileri etiket üzerinde yazılı olmalıdır.
6. Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır.


Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Nöroloji B.D.
Dip. No: 92258


Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Nöroloji B.D.
Dip. No: 95208