

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107938
Alım No : 25/1181
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ KORONER ANJİO
Konu : KARDİYOLOJİ KORONER ANJİO İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 11.08.2025 10:00

06.08.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KORONER KANALLAMA KATETERİ (RETROGRADE)		KR1137 - 525	20,00	ADET		
2	PTCA MİKRO KATETERİ ÇİFT LÜMENLİ 3,2 F		KR1135 - 861	20,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

1. KALEM KORONER KANALLAMA KATETERİ (RETROGRADE)

- 1.1) Vasküler rekanalizasyon amacıyla kullanım için üretilmiş olmalıdır.
- 1.2) Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.
- 1.3) Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.
- 1.4) Gövde "braided" (tel örgü) olmalı, örgü tasarımı sayesinde hem iterek hem de döndürülerek manipüle edilebilir olmalı, her iki yöne de dönüş yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 1.5) Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında ve çok esnek (90 dereceye kadar dönebilen) olmalıdır.
- 1.6) Kateter distali (dilatör uç) radyopak olmalıdır.
- 1.7) Proksimal segment plastik kaplama ile desteklenmiş olmalı ve pıhtı atma riskini ortadan kaldırmış olmalıdır.
- 1.8) Proksimal segment ile konnektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kırılmaya karşı direnci yükselten özel kuvvetlendirici eklenmiş olmalıdır.
- 1.9) Distal segment hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.
- 1.10) 0.014" (inç) kalınlığında kılavuz tel ile uyumlu olmalı, uzatılabilir tüm kılavuz tellerle uyumlu kılavuz tel uzatması kateter ile birlikte ve katetere yüklenmiş olarak kullanıma hazır olarak verilmelidir.
- 1.11) Yumuşak dilatör uç kalınlığı maksimum 1.3F olmalıdır.
- 1.12) Proksimal shaft maksimum 2.8F, distal shaft maksimum 2.6F kalınlığında olmalıdır.
- 1.13) Kateter uzunluğu 130,150 ve 170 cm olmak üzere, üç farklı seçenek içerisinde seçilebilir olmalıdır.
- 1.14) 6F kılavuz kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 1.15) Mikro kateter içerisine, özelliklerini muhafaza edebilmesi için sitile yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

2. KALEM PTCA MİKRO KATETERİ ÇİFT LÜMENLİ 3,2 F

- 1.1. Koroner içi kullanıma uygun olmalıdır.
- 1.2. Süper – Selektif mikro kateter yapısında ve çift lümenli olmalıdır.

Doç. Dr. Yılmaz A. B. AK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Teş. No: 109041

Doç. Dr. Ahmet Serhatlı GÜRAL
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.D.
Dip. Teş. No: 154370

- 1.3. Kateter toplam uzunluđu 135 cm olmalıdır.
- 1.4. Kateter koaksiyel lümeni ve monorail segment 0.014" (inç) kılavuz tellerle kullanıma uygun olmalı, uzatma kılavuz teli kateter içerisinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
- 1.5. Kateter dış yüzeyinin distal segmenti kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
- 1.6. Distal uç kalınlığı maksimum 0.017"(inç), monorail segment kalınlığı maksimum 3.2F ve proksimal segment kalınlığı ise maksimum 2.3F olmalıdır.
- 1.7. 10mm uzunluğundaki kateter ucu tamamen atravmatik olmalıdır.
- 1.8. Koaksiyel lümen çıkış noktası belirtecin gerisinde olmalıdır.
- 1.9. Kateter 5F kılavuz kateterlerle de kullanıma uygun olmalıdır.
- 1.10. RX lümen uzunluđu 21cm olmalıdır.
- 1.11. Mikro kateter gövdesi çiftli paslanmaz çelik ile desteklenmiş, örgülü yapıda olmalıdır.
- 1.12. Koaksiyel çıkış portu oval olmalıdır.
- 1.13. Ürün steril orijinal ambalajında, sitile destekli olarak teslim edilmelidir.

Doç. Dr. Alihan Şenel
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 105370

Doç. Dr. Yakup ALSANCAK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 109041