

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 107368  
Alım No : 25/983  
Talep Eden Birim : ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ  
Konu : ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1.KALEM MALZEME ALIMİ  
Son Teslim Tarih & Saat : 16.07.2025 10:00

10.07.2025

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| Sıra No | Malzeme Cinsi         | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi    | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|-----------------------|----------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 1       | KANÜL-IV-NO:24 (SARI) |          | OR2520-    | 3       | 30.000,00 | ADET         |               |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EG/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili

malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

**NOT:**

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME ÜBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-ÜBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-ÜBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

**\*\*\* İstekler veya istekli olabilcekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

N.E.Ü TIP FAK: HASTANESİ AKYOKUŞ 42080 - SELÇUKLU / KONYA  
FAKS :0(332) 223 77 86 TEL :0(332) 223 60 00  
<https://hastane.erbakan.edu.tr>

## ENJEKSİYON 24G İ.V. KANÜL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. FEP-teflon kapiler olmalıdır.
2. Tek elle ponksiyon tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Özel formlu kapilerle minimal ponksiyon travması olmalıdır.
4. Düz yüzey, gömülmüş 4 radyoopak çizgi olmalıdır.
5. İnce duvar, yüksek akım hızlı olmalıdır.
6. Transparan , kan geri akımını görme imkanı olmalıdır.
7. Fiksasyon kanatları ve sütür deliği olmalıdır. Üstten giriş olmalıdır.
8. Ürün non-toksik ve non-pirojenik olmalıdır.
9. Kanülün ucu atravmatik olmalı, kanül ciltten ve damar içinden geçerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvrılmayacak özellikte olmalıdır.
10. Hidrofoblu kan tutuculu olmalıdır. **Luer-Lock kapaklı olmalıdır.**
11. Uluslararası renk kodlu 24G olmalıdır.
12. Silikon Yağı içermemelidir.
13. PVC'siz steril ambalajda olmalıdır.
14. Ürünün dış koruyucu kapağı kapalı olmalı ve tam oturmalı
16. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır
17. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
18. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

Prof. Dr. Sevgi PEKCAN  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göğüs Hastalıkları B.D.  
Dip. Tes. No: 35847

Prof. Dr. V. Meltem ENERGIN  
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Öğretim Üyesi  
Dip. Tes. No: 35413