

## TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107335  
 Alım No : 25/949  
 Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ  
 Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM HİZMET ALIM  
 Son Teslim Tarih & Saat : 08.07.2025 14:00

01.07.2025

## İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malzeme Cinsi               | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|-----------------------------|----------|------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | OPTİK TAMİR BAKIM ONARIMI   |          |            | 1,00    | ADET   |              |               |
| 2       | FORCEPS TAMİR BAKIM ONARIMI |          |            | 4,00    | ADET   |              |               |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
 DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

## NOT:

- 1-OLYMPUS Marka WA2T430A referans numaralı 1 (bir)adet 30 DERECE optiğin ışık fiberi zayıftır.Görüntü çok bulanıktır.
- 2-Markasız 1 (bir) adet pediatrik forcepsin iç hareket mekanizma teli kırık olup açma kapama işlemini yapmamaktadır.
- 3-AMNOTEK Marka 632660 lot numaralı 74-601-04 katalog numaralı 1 (bir) adet URS FORCEPS in kilit mekanizması arızalıdır.Açma kapama işlemini yapmamaktadır.
- 4-74-601-04 katolog numaralı 643465 lot numaralı 1 (bir) adet URS FORCEPS in kilit mekanizması arızalıdır.Açma kapama işlemini yapmamaktadır.
- 5-KARL STORZ Marka 27290M katalog numaralı PR01 numaralı 1 (bir) adet PERKÜTAN FORCEPS in kilit mekanizması kırık olup açma kapama işlemi yapmamaktadır.

**\*\*\* İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**