

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106162 14.05.2025
Alım No : 25/699
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 21.05.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SU POMPASI MOTORU			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ;90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnamesi Ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SAF SU SİSTEMİ
İÇİN POMPA MOTORU ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz STERİLİZASYON ünitesinde bulunan SAF SU sistemi için 4.5 bar basınç değerinde max.1000 watt gücünde POMPA MOTORU alınacaktır.
2. Teklif edilecek motor su ihtiyacı olduğunda otomatik olarak çalışacak ve ihtiyaç bittiğinde duracaktır.
3. Teklif edilecek motor pompası kendinden emişli olmalıdır.
4. Teklif edilecek motor düşük gürültülü çalışmalıdır.
5. Teklif edilecek pompa motorunda yüksek sıcaklık ve kuru çalışma koruması olmalıdır. Arıza esnasında alarm ledi yanmalıdır.
6. Teklif edilecek pompa üzerinde elektronik kontrol ve led göstergeleri bulunmalıdır.
7. Teklif edilecek motor üniteye bulunan sistemle tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
8. Teklif edilen motor kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
9. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
10. Teklif edilen motor ile sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
11. Teklif veren firma teklif ettiği motorun montajını yapacak, sistemi çalışır durumda teslim edecektir.
12. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır. Pompanın CE sertifikası olmalıdır.
13. Teklif edilen ürünler 2 (iki) yıl garantili olacaktır.


Muhittin POLAT
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Mrk.
Makina Teknikeri


Pınar KAMR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak.
Tıbbi Cihaz ve Kalibrasyon Mrk.
Makina Teknikeri