

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 105609 29.05.2025
Alım No : 25/568
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHİ SERVİSİ
Konu : GENEL CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 10.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ATRAVMATİK BARSAK TUTUCU PENS 5 MM			20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 30 günlük ödeme planına göre yapılacaktır.

Not: Teknik şartname ektedir. (2 Sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

GENEL HÜKÜMLER

1. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
2. Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orijinal katalog veya kullanım kılavuzu ile teyit edilmelidir.
3. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır.
5. Teklif edilen malzemelerin her biri seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan o seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklif edilen malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, hidrojen vb.) uygun yapıda üretilmiş olup çok kullanımlık olmalıdır. Aletler steril edildikten sonra işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilir olmalıdır.
7. Laparoskopik el aletleri hafif ve parçalarına rahat ayrılabilir olmalıdır. Bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalıdır.
8. Laparoskopik el aletleri için (tek parça olanlar ve özellikli ürünler hariç) garanti kapsamına çıkan durumlarda, kuruma ek maliyet bindirmemek adına; her bir parça ayrı ayrı sipariş edilebilir olmalıdır. Örneğin; 4 parçadan oluşan bir el aleti için elcek, iç-dış şaft ve hareketli parça olmak üzere her biri ayrı ayrı sipariş edilebilir olmalıdır.
9. İmalatçı, firmanın Türkiye'de yerleşik yetkili teknik servisi bulunmalıdır.
10. Aşağıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak ihale evrakları arasında verilecektir:
11. İmalatçı, ithalatçı veya iştirakçi firmaların vermiş olduğu garanti belgesi
 - o Laparoskopik el aletleri ve aksesuarlar için : 2 yıl

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi ve Endoskopi Uzm.
Uzm. Tes. No: 67948/95534

Doç. Dr. M. Ali YILDIRIM
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi Uzm. Dr.
Dip. Tes. No: 13269

23.05.2024.

- Yedek parça ve servis için
(ücreti karşılığında)

: 10 yıl

Laparoskopik Monopolar Eğri Fenestereli Tutucu

1. Reusable olmalıdır.
2. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
3. Şaftın çapı 5mm ve çalışma uzunluğu en az 31cm olmalıdır.
4. Tutucunun uç kısmı hassas dokuları tutabilmek için atravmatik, çene uzunluğu en az 30 mm ve tek çene hareketine sahip olmalıdır.
5. Elcek üzerinde bulunan çift tetik sistemiyle el aleti hem kilitli hemde kilitsiz kullanıma sahip olmalıdır.
6. Uç kısmında her iki çenede ikişer adet pencere bulunmalıdır.
7. Croce/Olmi tasarıma sahip olmalıdır.
8. Elcek üzerinde monopolar bağlantısı bulunmalıdır.
9. Laparoskopik el aleti bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilmelidir.
10. Laparoskopik el aleti uç, elcek, iç ve dış şaft olmak üzere en az 4 parçadan veya elcek, iç ve dış şaft olmak üzere en az 3 parçadan meydana gelmiş olmalıdır.
11. Aşağıdaki parçalardan veya en az 3 parçadan oluşmalıdır;
 - Eğri Tutucu İnsert – 1 Adet
 - İç Şaft – 1 Adet
 - Dış Şaft – 1 Adet
 - Kilitli Elcek – 1 Adet

Set Listesi:

SIRA	AE KOD	ADET
1	PO232R	1

Prof. Dr. Tevrik KÜÇÜK KARTALLAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi ve Organ Nakil Uzm.
Uzm. Tes. No: 67948/95534

Doç. Dr. M. Ayhan YILDIRIM
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No: 132834

23.05.2025