

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 105871 28.05.2025
Alım No : 25/666
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ SERVİSİ
Konu : KARDİYOLOJİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 10.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TERAZİ			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 30 günlük ödeme planına göre yapılacaktır.

Not: Teknik şartname ektedir. (1 Sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ HASTANESİ BOY ÖLÇERLİ
DİJİTAL YETİŞKİN TERAZİSİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. 250 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
2. 50-100 g hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
3. Hem elektrik (220V AC), hem de pil (4x1,5 VDC) ile çalışabilmelidir. Pilleri ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.
4. Kg ve lb olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir tuş yardımı ile otomatik olarak yapılabilmelidir.
5. Anne kucağındaki bebeği tartım özelliği olmalıdır.(Daralı tartım özelliği)
6. Vücut-Kitle İndeks (BMI) göstergeli, Boy / Kilo oranı tayini özelliği olmalıdır.
7. Ekranı dönebilme özelliği sayesinde hem kullanıcı, hem de hasta tarafından rahatça görülebilmelidir. (Terazî ekranında rakamların öne ve arkaya dönebilme özelliği)
8. Ekrandaki değeri sabitleme (HOLD) ve dara alma özelliği olmalıdır.
9. Boy ölçme çubuğu terazinin üzerine monte edilerek birlikte kullanılabilirmelidir.
10. İstenildiğinde boy ölçme çubuğu duvara da monte edilebilmelidir.
11. Boy Ölçme Çubuğu duvara monte edildiğinde 600 mm'den 2.100 mm'ye, teraziye monte edildiğinde, 910 mm'den 2.100 mm'ye kadar 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
12. Tekerlek sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
13. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olup su terazisine sahip olmalıdır.
14. Kefe ölçüleri: 350 x 450 mm olmalıdır.
15. Terazî'nin ağırlığı 8,5 kg olmalıdır.
16. Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
17. Garanti süresi sonunda teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Sefa TATAR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 68384

Prof. Dr. Hakan AKILLI
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 66997 - 89773