

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107131
Alım No : 25/912
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
Konu : HEMODİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.06.2025 10:00

26.06.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	HEMODİYALİZ FİLTRESİ (DİYALİZÖR) SENTETİK 1.7-2.0 M2 YÜKSEK AKIMLI		NF1007 - 114.5	3.500,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasıyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLERİNE GÖRE ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

YÜKSEK AKIMLI(HIGH-FLUX) SENTETİK HEMODİYALİZ MEMBRANI(DİYALİZÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Klasik Hemodiyaliz cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.

Membran hollow-fiber tipte ve sentetik maddelerden birisi(örneğin Polisulfon, Polietersulfon, Polikarbonat, Polyamix, Poliamid, Helixone) ile imal edilmiş olmalı, hastalarda allerjik veya ciddi biyouyumsuzluk klinik ve laboratuvar bulgularına yol açmamalıdır.

Sterilizasyon şekli gamma irradyasyon, elektron beam veya buhar olabilir.

İnvitro şartlarda 37 santigrat derece ısı, kan akım hızı: 200mL/dk., diyalizat akım hızı: 500mL/dk iken membranın(diializörün) klirens ve ultrafiltrasyon özellikleri aşağıdaki değerler arası olmalıdır.

Yüzey alanı..... 1.7-1.9 metrekare arasında olmalı.

Üre..... 190-198 mililitre/dakika arası olmalı.

Kreatinin..... 180-198 mililitre/dakika arası olmalı.

Fosfat..... 177-189 mililitre/dakika arası olmalı.

Vitamin B12..... 137-158 mililitre/dakika arası olmalı.

UF katsayısı(KUF)..... 50-75 mL/hr/mmHg arasında olmalı.

KoA üre..... >700 mililitre/dakika üzerinde olmalı.

Sterilizasyon son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Ambalajlarının üzerinde son kullanım tarihleri yazılı olmalıdır.

Teklif edilen diyalizörün teknik özelliklerini belirten katalog verilmelidir. Kataloglarda yukarıda istenen tüm bilgiler açık olarak belirtilmiş olmalıdır.

İhaleyi kazanan firma diyalizörleri hastanemize ücretsiz depo teslimi olarak getirip teslim etmelidir. Hasarlı, ambalajı yırtık vb durumlarda firma ücretsiz yenisi ile değiştirmelidir.

Teklif edilen ve teknik şartnameye uygun bulunarak ihalede alınan diyalizörler yıl boyunca aynı marka ve yüzey alanı, aynı ebad ve teknik şartnamedeki özelliklerde olarak teslim edilmelidir. Farklı marka ve özelliklerde diyalizör verilemez. Aksi durumda ihale ile ilgili hukuki yaptırımlar uygulanacaktır.

Klinik kullanımdaki avantajlar göz önünde tutulacaktır. Teklif edilen diyalizörlerin; özellikle klirens değerleri teknik şartnameye uygun, trombojenitesi az ,Heparin ihtiyacı düşük, invivoefektifitesi yüksek, biyouyumlu ve kullanım kolaylıkları olmalıdır. Membran tüpcüklerinde dışarıdan gözle görülür şekilde trombozlar (pıhtılar) olmamalıdır.

Teklif edilen diyalizörler daha önce merkezimiz tarafından hiç kullanılmamış ise en az 5 adet diyalizör teknik şartnamede istenen özelliklere uygun olup olmadığının incelenmesi için deneme amacıyla ihale anında verilecektir. Deneme sırasında alınan kan örnekleri Meram Tıp Fakültesi hastanesi laboratuvarlarında çalıştırılacaktır. Deneme yapılan diyalizörlerde üre için Kt/V en az 1.2 olmalıdır.

Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK Prof.Dr.H.Zeki TONBUL Doç.Dr.İsmail BALOĞLU

İç Hast. ve Nefroloji B.D İç Hast. Ve Nefroloji B.D İç Hast.ve Nefroloji B.D

Öğr.Üy. Öğr.Üy. Öğr.Üy.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**