

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 115533
Alım No : : 26/1031
Talep Eden Birim : GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
Konu : GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 26.06.2026 10:00

23.06.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FILTRELİ KAPAKLI KÜLTÜR EKİM FLASKI			800,00	ADET		
2	FETAL CALF SERUM 100ML			5,00	ADET		
3	COLCEMİD SOLUTION			20,00	ADET		
4	MLL DNA FISH PROBU			20,00	TEST		
5	IGH (BREAKAPART) *			20,00	TEST		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan

tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullandığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması, tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

- NOT:
- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
 - 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
 - 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
 - 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
 - 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

FETAL CALF SERUM (100 ML)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 ml'lik steril şişelerde olmalıdır.
- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.
- Ürünün içeriği firmanın kendi etiketi üzerinde belirtilmelidir.
- Üründen beklenen sonuç alınmadığı takdirde satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir.
- Ürün taşıma kurallarına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.
- Ambalajın üstünde üretici firma ismi, son kullanma tarihi,katalog numarası, saklama koşulları ve lot numarası olmalıdır.
- Laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün ise deneme yapılarak alınacaktır.

FETAL CALF SERUM 100 ML	5 ADET
-------------------------	--------

FİLTRELİ KAPAKLI KÜLTÜR EKİM FLASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kapak tipi filtrelili olmalıdır
- Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Boyun tipi eğik (canted) olmalıdır.
- Vidalı kapaklı olmalıdır.
- 10'lu paketler halinde ambalajlı olmalı, son kullanım tarihleri belli olmalıdır.
- Laboratuvarımızda önceden kullanılmayan bir marka ise numune denemesi yapılmalıdır.

FİLTRELİ KAPAKLI KÜLTÜR EKİM FLASKI	800 ADET
-------------------------------------	----------

COLCEMİD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 10 ug/ml konsantrasyonda ve en fazla 25 ml'lik cam şişelerde olmalıdır.
- Ürünün içeriği firmanın kendi etiketi üzerinde belirtilmelidir.
- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır
- Üründen beklenen sonuç alınmadığı taktirde satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir.
- Ürün taşıma kurallarına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.
- Ambalajın üstünde üretici firma ismi, son kullanma tarihi,katalog numarası, saklama koşulları ve lot numarası olmalıdır.
- Laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün ise deneme yapılarak alınacaktır.

KOLSEMİD	20 ADET
----------	---------

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Kemal ÖZDEMİR
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Dip. No: 20084060001

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Kemal ÖZDEMİR
H.E.D. Mesam Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Dip. No: 122955

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZDEMİR
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Dip. No: 122955

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TIBBİ GENETİK

MOLEKÜLER SİTOGENETİK FISH PROBLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel şartname

- Problar kırmızı, yeşil, mavi ve Orange ile işaretli olmalıdır.
- Soğuk zincir korunacaktır.
- Problar çalışmazsa iade edilecek veya firmanın uygun diğer problemleriyle değişim sağlanacaktır.
- Counter-stain yıkama solüsyonları (SSC) vb. FISH çalışması için gerekli tüm sarf malzemeleri lam lamel dâhil ve mikro pipet takımları firma tarafından karşılanacaktır. Eksik sarf malzeme temininde ödeme yapılmayacaktır.
- Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- Problar Dual color - Dual fusion olacaktır.
- Pretreatment Kit kullanıma hazır olmalı ve formalin ile fikse edilmiş parafinli (Formalinefixedparaffinembedded [FFPE]) doku kesitlerinden mükemmel FISH görüntüleri elde etmek için optimize edilmiş olmalıdır. Ticari olarak satılan tüm CISH ve FISH protokollerine uygulanabilir olmalıdır. Kullanıma hazır olan reagentlar hücre zarı geçirgenliğini artırarak problemlerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmalıdır. Kullanıma hazır reagentlar; pretreatment solüsyonu ve enzimatik reagenttan ibaret olmalıdır. Kutular içerisinde probun protokolünü ve diğer bilgileri içeren prospektüsü mevcut olmalıdır.
- Teklif verecek olan firma laboratuvarımızda halen kullanılmakta olan NikonEclipse 80 floresan mikroskop ile uyumlu orange , TexasRed, FITC ve Dual filtrelerini temin edecektir.
- Hasta yoğunluğu ve laboratuvar ihtiyacı doğrultusunda birim test fiyatları esas alınarak kitler arasında firma değişim yapmalı, miadı yaklaşan kitler ise en fazla 2 ay kala değiştirmelidir.
- Probları veren firma bölüme FISH çalışmaları için 2 adet hibridizasyon ve denatürasyon yapan cihazı ücretsiz olarak kurmalıdır. Cihazlar yeni olmalıdır.
- Problar ile birlikte yeterli miktarda pozitif şarjlı lam- lamel, DAPI II ve Rubber- Cement sağlanacaktır.
- Yüklenici firma testler için gerekli tüm cihazları, malzemeleri uygun şekilde kitler bitene kadar laboratuvarında bulundurmaktadır.
- Testler gerek görüldüğü takdirde laboratuvar tarafından firmaya ait diğer testlerle değiştirilebilmelidir.
- Yüklenici firma laboratuvarında bir sorun teşkil ettiğinde tarafımızdan talep edildiği takdirde 24 saat içerisinde bu testleri çalışmak üzere deneyimli bir eleman göndermelidir.
- Teklif edilen kitler in-vitrodiagnostik (CE/IVD) kullanım amaçlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı UBB kodları bulunmalıdır.

1	MLL	20 TEST
2	IGH BREAKPART	20 TEST

Öğr. Gör. Dr. M. N. N. ŞİMŞEK
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Genetik A.B.D. Bilim Dalı
Dip. No: 2008A1600001

Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖKTAŞ
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Genetik A.B.D.
Dip. No: 122965

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.
Genetik A.B.D. Başkanı
Dip. No: 61018