

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116171
Alım No : 26/1206
Talep Eden Birim : ANJİO (HEMODİNALİ) ÜNİTESİ
Konu : ANJİO (HEMODİNALİ) ÜNİTESİ İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 28.07.2026 10:00

24.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BALON 2.0X25 MM		KR1123 - 625	50,00	ADET		
2	BALON 2.0X30 MM		KR1123 - 625	50,00	ADET		
3	BALON 2.5X25 MM		KR1123 - 625	20,00	ADET		
4	BALON 2.5X30 MM		KR1123 - 625	40,00	ADET		
5	BALON 2.75X25 MM		KR1123 - 625	20,00	ADET		
6	BALON 2.75X30 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
7	BALON 3.0X25 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
8	BALON 3.0X30 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		

Teklif veren firmaların teklifleri toplam fiyat üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
Kısmi fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Nümune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme

tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı.sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.


3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.


4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ Bu BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

KORONER BALON

- 1.Balon kateter Monoroil (Rapid Exchange) sistem, semi-compliant, her iki ucunda radyoopak işareti (küçük kullanımlarda tek marker olabilir) ve katlanma sayısı 3mm balon için en az 3 olmalıdır.
- 2.Sürtünmenin azalması için Distal uç ve proximalşaft'ın en az 30cm'lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 3.Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir.
- 4.Kateter boyu 140 cm veya üzerinde olmalı, proximal şaft kalınlığı en çok 2F, Distal şaft kalınlığı en çok 2.7F olmalıdır.
- 5.Flexible corrugated şaft dizaynına sahip olmalı, yüksek itiş, geçiş ve çapraz lezyon itilebilirliği çok yüksek olmalıdır.
- 6.Kateter proximali destek verici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.
- 7.Kateterin içinden 0.014" guidewire kolayca geçebilmelidir.
- 8.Balon 6-8 atmosferde nominal ölçüye varmalı, ratedburstpressure asgari 16 atmosfer olmalıdır.
- 9.Balon kateterlersteril paketler halinde ambalajlanmış olmalıdır.
- 10.Görünürlüğü iyi olmalı
11. "Pushability" ve trackability" si iyi olmalı
- 12.Genişlemesi güvenilir olmalı
- 13.Guidewire üzerinde kolaylıkla ilerletilebilmelidir
- 14.Balon Çapı 1,5 cm – 4,5cm 5,0cm değişkenlik, uzunluk ise 9 mm'den başlayıp – 30 mm kadar çeşitlilikte olmalıdır. (± 1) Balon uzunluğunda ara boyutlar en fazla 5 mm olmalıdır, ara ebat çeşitliliği balon seçiminde dikkate alınacaktır.
- 15: Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirmelidirler.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 18 ay kullanım süresi olmalıdır.


Dr. Ahmet Serhatlı GÜNGÖR
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 154070


Dr. Dr. Mustafa ÇELİK
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 139781

המנהל הכללי של המבחן
מבחן זה יעשה ביום 15.12.2017
בשעה 10:00 בבוקר
בחדר המבחן

המנהל הכללי של המבחן
מבחן זה יעשה ביום 15.12.2017
בשעה 10:00 בבוקר
בחדר המבחן