

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116067
Alım No : 26/1243
Talep Eden Birim : NÖROLOJİ SERVİSİ
Konu : NÖROLOJİ SERVİSİ İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 04.08.2026 10:00

31.07.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EMG İĞNE ELEKTROD UZATMA KABLOSU			50,00	ADET		
2	SKINPURE			50,00	ADET		
3	EMG TOPRAK ELEKTROD			50,00	ADET		
4	YAPIŞKAN YÜZEYSEL DİSK ELEKTRODU			50,00	ADET		
5	EMG İĞNESİ (ÇOK KULLANIMLIK)			500,00	ADET		
6	EMG STİMİLASYON ELEKTROD			50,00	ADET		
7	EMG İĞNESİ (TEK KULLANIMLIK)			500,00	ADET		
8	İĞNE ARA KABLOSU (EMG CİH.İÇİN) *			50,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.

2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.

3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.

4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.

5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.

6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.

7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.

8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.

9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.

10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme

tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

DISPOSABLE NEEDLE ELEKTROD İRTİBAT KABLOSU ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazı ile kullanılacaktır.
2. Disposable needle elektrodlarla kullanılacaktır.
3. Flexible kablo 1.25 m. olacaktır.
4. 5 pinli DIN Connectorlu olmalıdır.
5. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
6. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

100

2



TEMİZLEME JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Temizleme jeli hastanede kullanılan, mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
- 2- Temizleme jeli minimum 100 gramlık tüplerde olmalıdır.
- 3- Temizleme jeli kaliteli ve iletken malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürüne denedikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin Kır

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



TOPRAK ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. VELCRO tipi Toprak elektrod olmalıdır.
- 3.Yapıştırma kısmı uzunluęu 45cm olmalıdır.
4. Kablosu 1.5m olacaktır.
- 5.DIN Type connectorlu olmalıdır.
6. Yetişkinler için olacaktır.
7. Elektrod ve.baęlantı şeridi birlikte verilmelidir.
8. Parazitsiz çekim yapan elektrodlar tercih edilecektir.
9. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
10. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öęr.Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

100

100

100

YÜZEYEL DISK ELEKTROD ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 2.Hastaya bağlanan kısmı 2 adet AG/AgCl disk tipinde olacaktır.
- 3.Flexible kablo 1.4 m olacaktır.
4. 6 pinli korumalı input soketi olmalıdır.
5. Parazitsiz çekim yapan elektrodlar tercih edilecektir.
6. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
7. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

7 43 48 52



EMG İĞNESİ (ÇOK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konsantrik iğne elektrod olmalı.
2. Paslanmaz çelik olmalı.
3. Elektrod impedansı $< 100 \text{ k} \Omega$ ($f=1 \text{ kHz}$ $V \leq 10 \text{ mV}$) olmalı.
4. Offset voltage $< 300 \text{ mV}$ olmalı.
5. İğne uzunluğu 50 mm olmalı.
6. İğne çapı 0,45 mm olmalı.
7. Kor çapı= 0,15 mm olmalı.
8. Kayıt alanı = 0.07 mm^2 olmalı.
9. Çok kullanımlık olmalı.
10. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
11. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

10/10/10

10/10/10

10/10/10

EMG STIMULASYON ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Elektrodlar çapı 8mm, 23mm aralığında olmalıdır.
3. Fléxible bağlantı kablosu 2m olacaktır.
4. 5 pinli korumalı input soketi olmalıdır.
5. Muhteviyatında 10 adet keçe ve 2 ayrı boyda yapıştırmalı kol bandı bulunmalıdır.
6. Parazitsiz çekim yapan elektrodlar tercih edilecektir.
7. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
8. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Haşan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

23

1

2

3

EMG İĞNESİ (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konsantrik iğne elektrod olmalı.
2. Paslanmaz çelik olmalı.
3. Elektrod impedansı $< 100 \text{ k} \pi$ ($f=1 \text{ kHz}$ $V \leq 10 \text{ mV}$) olmalı.
4. Offset voltage $< 300 \text{ mV}$ olmalı.
5. İğne uzunluğu 50 mm olmalı.
6. İğne çapı 0,45 mm olmalı.
7. Kor çapı= 0,15 mm olmalı.
8. Kayıt alanı = 0.07 mm^2 olmalı.
9. Tek kullanımlık olmalı.
10. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
11. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi



NCS ELEKTROT ARA KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ara kablo NCS elektrotlarının orijinal ürünü olmalıdır.
2. İki adet touchproof çıkışı olmalıdır. DIN Connector olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 1,5 m olmalıdır.
4. Orijinal Nihon Kohden marka olmalıdır. Teklif veren firmanın üretici firmadan ya da distribütör firmadan alınmış Yetki Belgesi olmalıdır.
5. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.
6. Teklif edilen ürüne denedikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi

100

100

100