

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 117124  
Alım No : 26/1388  
Talep Eden Birim : NÖROLOJİ SERVİSİ  
Konu : NÖROLOJİ SERVİSİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI  
Son Teslim Tarih & Saat : 04.09.2026 10:00

**31.08.2026**

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| Sıra No | Malzeme Cinsi                     | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|-----------------------------------|----------|------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | ELEKTRO CAP 50-54 CM (SARI)       |          |            | 15,00   | ADET   |              |               |
| 2       | E2 ELEKTRODE BOARD ADAPTER (DIŞI) |          |            | 5,00    | ADET   |              |               |
| 3       | ELEKTRO CAP 58-62 CM (MAVİ)       |          |            | 1,00    | ADET   |              | 31.08.2026    |
| 4       | EEG DISK ELEKTRODU (GÜMÜŞ)        |          |            | 40,00   | ADET   |              |               |

T:

K:

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ  
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturayükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, yarsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

tarihinde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

**NOT:**

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve ...../...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir. Fırma teklif vermiştir.

## EEG DİSK (GÜMÜŞ) ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 9 veya 10 mm çapında ve kubbe şeklinde olmalıdır.
2. Üzerinde fazla pastanın çıkmasını sağlayacak delik bulunmalıdır.
3. Kablosu 1.5 m yumuşak silikon kablo olmalıdır.
4. Gümüş disk elektrod olmalıdır.
5. Set içerisinde birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi için en az 12 farklı renk olmalıdır.
6. Hem EEG hemde EP çalışmalarında kullanılabilmelidir.
7. Giriş soketleri Touchproof (Dişi) girişli olmalıdır.
8. Saçlı deriye bağlanan kısım plastik baskı şeklinde olmalıdır. Bu sayede kolay kopmamalı ve parazit almamalıdır. Kablonun içine su sızmasını engellemelidir. Baskılı olmayan sadece lehim yapılmış elektrodlar kabul edilmeyecektir.
9. Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
10. Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

Prof.Dr.Figen GÜNEY  
Nöroloji AD Birim Temsilcisi


Dr.Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin KIR  
Nöroloji AD Birim Temsilcisi

## E2 ELEKTRODE BOARD ADAPTER (DİŐİ)

- 1-Elektro-cap hastane bünyesinde kullanılan EEG cihazlarına uyumlu olmalı
- 2- Giriő soketleri touchgroof (diőİ) giriőli olmalı.
- 3- EEG cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 4-Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
- 5-Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.


Prof.Dr.Figen GÜNEY

Nöroloji AD Birim Temsilcisi



Dr.Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin KIR

Nöroloji AD Birim Temsilcisi




## ELEKTRO-CAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen elektro-cap EEG çekimleri için uygun olmalı
- 2- Numuneler ilgili bölüm tarafından incelenecek uygunluk verilecektir.
- 3- Elektro-cap lerin kablosu en az 1 m yumuşak silikon kablo olmalıdır.
- 4- Gümüş disk elektrot olmalıdır.
- 5- Giriş soketleri touchgroof (dişi) girişli olmalı
- 6- Elektro-cap üzerinde LOT numarası ve son kullanım tarihi belirtilmelidir.
- 7- Elektro-cap üzerinde üretim yeri belirtilmelidir.
- 8- Elektro – cap ler 10.20 sistemine göre düzenlenmiş olmalı.
- 9- Bone şeklindeki başlık üzerine yerleştirilmiş elektrodlardan oluşmalıdır.
- 10- Elektro-cap kullanılan EEG cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 11- Teklif veren firmalar 1(bir) adet numune vermek zorundadır.
- 12- Teklif edilen ürüne denendikten sonra karar verilecektir.

**Prof.Dr.Figen GÜNEY**

**Nöroloji AD Birim Temsilcisi**



**Dr.Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin KIR**

**Nöroloji AD Birim Temsilcisi**

