

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117166
Alım No : 26/1417
Talep Eden Birim : HASTANE DEPOSU
Konu : HASTANE DEPOSU İÇİN 14 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 07.09.2026 10:00

03.09.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TRAKEOSTEMİDEN 02 VERMEK İÇİN ISI VE NEM DEĞİŞT. KİT VE 250 CM TUBİNG		OR2720 - 29	300,00	ADET		
2	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:4 BALONLU		OR2560 - 13	10,00	ADET		
3	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:4.5 BALONLU		OR2560 - 13	15,00	ADET		
4	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:5.5 BALONLU		OR2560 - 13	30,00	ADET		
5	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:6 BALONLU		OR2560 - 13	15,00	ADET		
6	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7 BALONLU		OR2560 - 13	60,00	ADET		
7	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7.5 BALONLU		OR2560 - 13	100,00	ADET		
8	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:8 BALONLU		OR2560 - 13	60,00	ADET		
9	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:3 BALONSUZ		OR2550 - 11	20,00	ADET		
10	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:3.5 BALONSUZ		OR2550 - 11	15,00	ADET		
11	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:4 BALONSUZ		OR2550 - 11	25,00	ADET		
12	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:4.5 BALONSUZ		OR2550 - 11	5,00	ADET		
13	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:5 BALONSUZ		OR2550 - 11	5,00	ADET		
14	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:5.5 BALONSUZ		OR2550 - 11	5,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

*** ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE 150 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ VEYA VEKİLİNE YAPILACAKTIR.**

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için

GENEL ŞARTLAR

1. Bütün kalemlerde "UBB" na kayıtlı ürünlerin üzerinde birebir teklif mektubunda verilen UBB numaraları barkod şeklinde yapışmış olarak teslim edilecektir.
2. TITUBB bilgi kayıt sistemi kapsamında kayıtlı olmayan malzemeler için teslim edilecek ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkod olacaktır.
3. Son kullanma tarihi olan ürünler için; ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
4. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup, uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.
5. Malzemelerden teknik şartnamede belirtilen numune miktarı kadar numune verilecektir. Teknik şartnamesinde numune miktarı belirtilmeyenler malzemeler için 5'er adet numune verilecektir. Numuneler ihale bitiş tarihine kadar teslim edilmeyecektir.
6. Herhangi bir nedenle son kullanma tarihinden önce tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden önce 3 ay içerisinde haber verme koşulu ile yüklenici tarafından yeni tarihli ürünle (son kullanma tarihi en az 2 yıl olan ürün ile) değiştirilecektir.
7. Tüm kalemlere ait malzemelerin tüketimi sırasında hatalı, bozuk ürün ya da kusurlu ambalaj ile karşılaşıldığında yüklenici firma, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir.
8. Malzemelerin ambalajlarının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
9. Malzemelerin üzerinde LOT ve REF numaraları olmalıdır.
10. SGK tarafından yapılan incelemelerde, yüklenici firmanın teklif ettiği ürüne ait UBB ile etiket adı ve/veya GMDN kategorisinde uyumsuzluktan dolayı veya buna benzer başka uyumsuzluktan dolayı yapılan tüm kesintiler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
11. Malların tesliminde, muayene ve kabul işlemleri yüklenicinin teklif değerlendirme aşamasında teslim etmiş olduğu numuneler üzerinden yapılacaktır. Numuneler ile teslim edilen malzemenin aynı olma özelliği aranacaktır.
12. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemeler; bozulmuş, yırtılmış, parçalanmış, fiziksel bütünlüğü bozulmuş ve deforme olmuş vb. niteliklerde kesinlikle olmayacaktır.
13. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemelerin, orijinal barkodlarının birebir aynısı malzeme miktarı kadar teslim edilecektir.

TRAKEOSTEMİDEN 02 VERMEK İÇİN ISI VE NEM DEĞİŞT. KİT VE 250 CM TUBİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Trakeostomi kanülü takılan hastalarda solunan havayı; ısı ve nem dengesini sağlayıp temiz hava solumasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Oksijen portu eklenebilmelidir ısı ve nem yoluyla oksijen alınmasına olanak sağlamalıdır.
3. Toplama haznesi tükürük yutma riskini azaltmalıdır.
4. Kolay takılabilmeli, tahriş etmemelidir ve kolay değiştirilebilmelidir.
5. Yüksek oranda nem sağlamalıdır.
6. Trakeostomi hastalarının tedavisi için klinik ve ev ortamında kullanıma uygun olmalıdır.
7. Ortada bulunan port aspirasyona ve filtreyi hareket ettirmeden numune almaya olanak sağlamalıdır.
8. ISO standartlarına uygun 15mm çapında olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Temizoda (cleanroom) koşullarında paketlenmiş olmalıdır.
11. Malzemeden 2 adet numune verilecektir.

Fazilet CANLI
Tıbbi Onkoloji
Sorumlu Hemşire

Rana AYTAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
KİT ve Hematoloji Kliniği
Sorumlu Hemşiresi

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ (BALONLU) (No: 4 – 4.5 --5.5 --6--7--7.5--8)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Thermoplastik, Non-toksik, termosensitiv şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zarar vermeyen yapıda olmalıdır.
3. Kaf yapısı trakeaya en az temas yüzeyi oluşturan özel profil kaf kesimli olmalıdır.
4. Kafı düşük basınç – yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
5. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde veya kanatlarda tüpün iç çapı yazılı olmalıdır.
6. Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun yerleşimi sağlamak amacıyla yaklaşık 95 derece olmalıdır.
7. Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyutunca izlenebilmelidir.
8. Tespit kanalları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Kanülün içindeki mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve güvenli kullanım için sağa ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
10. Ürün latex içermemelidir.
11. Obtüratörün ortası, gerektiğinde içinden rehber tel geçecek şekilde delik olmalıdır.
12. 15 mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
13. Tekli steril ambalajda bulunmalıdır.
14. Malzemelerden 2 şer adet numune verilecektir.

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ (BALONSUZ) (No: 3– 4 – 4.5 -5- 5.5)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Thermoplastik, Non-toksik, termosensitiv şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zarar vermeyen yapıda olmalıdır.
3. Kaf yapısı trakeaya en az temas yüzeyi oluşturan özel profil kaf kesimli olmalıdır.
4. Kafı düşük basınç – yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
5. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde veya kanatlarda tüpün iç çapı yazılı olmalıdır.
6. Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun yerleşimi sağlamak amacıyla yaklaşık 95 derece olmalıdır.
7. Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyutunca izlenebilmelidir.
8. Tespit kanalları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Kanülün içindeki mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve güvenli kullanım için sağa ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
10. Ürün latex içermemelidir.
11. Obtüratörün ortası, gerektiğinde içinden rehber tel geçecek şekilde delik olmalıdır.
12. 15 mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
13. Tekli steril ambalajda bulunmalıdır.
14. Malzemelerden 2 şer adet numune verilecektir.

Fazilet CANLI
Tıbbi Onkoloji
Sorumlu Hemşire

Rana AETAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
KİT ve Hematoloji Kliniği
Sorumlu Hemşiresi