

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 117521
Alım No : : 26/1495
Talep Eden Birim : HASTANE DEPOSU
Konu : HASTANE DEPOSU İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 22.09.2026 10:00

18.09.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ 12F 20 CM ÇİFT LÜMENLİ		GR1283 - 29	500,00	ADET		
2	İŞARETLEME KALEMİ İNCE UÇ (SKİN MARKER)		GZ1008 - 7	500,00	ADET		
3	ELASTİK BANDAJ 15 LİK			1.000,00	ADET		
4	LAVAJ SETİ 15 ML		GHC1690 - 1	250,00	ADET		
5	LAVAJ SETİ 25 ML		GHC1690 - 1	400,00	ADET		
6	FLASTER BEZ 5X10			500,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

*** ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE 150 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ VEYA VEKİLİNE YAPILACAKTIR.**

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararikonu malzeme faturasüyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma

GENEL ŞARTLAR

1. Bütün kalemlerde "UBB" na kayıtlı ürünlerin üzerinde birebir teklif mektubunda verilen UBB numaraları barkod şeklinde yapışmış olarak teslim edilecektir.
2. TITUBB bilgi kayıt sistemi kapsamında kayıtlı olmayan malzemeler için teslim edilecek ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkod olacaktır.
3. Son kullanma tarihi olan ürünler için; ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
4. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup, uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.
5. Malzemelerden teknik şartnamede belirtilen numune miktarı kadar numune verilecektir. Teknik şartnamesinde numune miktarı belirtilmeyenler malzemeler için 5'er adet numune verilecektir. Numuneler ihale bitiş tarihine kadar teslim edilmeyecektir.
6. Herhangi bir nedenle son kullanma tarihinden önce tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden önce 3 ay içerisinde haber verme koşulu ile yüklenici tarafından yeni tarihli ürünle (son kullanma tarihi en az 2 yıl olan ürün ile) değiştirilecektir.
7. Tüm kalemlere ait malzemelerin tüketimi sırasında hatalı, bozuk ürün ya da kusurlu ambalaj ile karşılaşıldığında yüklenici firma, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir.
8. Malzemelerin ambalajlarının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
9. Malzemelerin üzerinde LOT ve REF numaraları olmalıdır.
10. SGK tarafından yapılan incelemelerde, yüklenici firmanın teklif ettiği ürüne ait UBB ile etiket adı ve/veya GMDN kategorisinde uyumsuzluktan dolayı veya buna benzer başka uyumsuzluktan dolayı yapılan tüm kesintiler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
11. Malların tesliminde, muayene ve kabul işlemleri yüklenicinin teklif değerlendirme aşamasında teslim etmiş olduğu numuneler üzerinden yapılacaktır. Numuneler ile teslim edilen malzemenin aynı olma özelliği aranacaktır.
12. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemeler; bozulmuş, yırtılmış, parçalanmış, fiziksel bütünlüğü bozulmuş ve deforme olmuş vb. niteliklerde kesinlikle olmayacaktır.
13. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malzemelerin, orijinal barkodlarının birebir aynısı malzeme miktarı kadar teslim edilecektir.

GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ 12 F 20 CM ÇİFT LÜMENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter ve seldinger tekniği ile takılması için kullanılacak malzeme, sterilize edilerek kullanılmaya hazır paketlenmiş olmalıdır. Paketin üzerinde kateterin ve takılmasında kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri, sterilizasyon türü, sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
2. Kateter birbirine yapışık vaziyette çift lümenli olmalı, venöz lümen kateterin ucundaki delikte arteri temsil eden lümen kateterin ucuna yakın fakat kateter duvarındaki çok sayıdaki deliklerde sonlanmalıdır. Hastanın hemodiyalizi sırasında kullanılan iki ayrı lümenin farklı renklerdeki (genellikle arter kırmızı, ven mavi) bağlantı uçları düz olmalı ve kendiliğinden yana veya aşağı kıvrık olmamalıdır.
3. Kateter biouyumlu, trombus oluşumuna dirençli poliüretan maddeden (latex içermeyen) imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateterin gövdesi destekli sert olmalı, distal ucu ise yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalıdır. Bu sayede hastada kaldığı sürece damar irritasyonuna yol açmamalıdır.
5. Kateter 12 F, çap 15 cm (± 1 cm) ve 20 cm (± 1 cm) olmalıdır. Kateterin üzerinde çıkış bağlantı uçlarını kapatmak için ortası injeksiyon yapmaya uygun maddeden (genellikle kauçuk) imal edilmiş luer-lock (vidalanarak kilitlenebilen) iki kapak, kateterin cilt giriş yerinde fiksasyonunu sağlamak için cerrahi suture koymaya uygun iki delikli aparat olmalıdır.
6. Setin içerisinde bir ucu yumuşak, kıvrılmış J şeklinde, diğer normal sertlikte düz olan, tek elle kullanılabilmesini sağlayan plastik sürücüsü olan kateterin lümenine uygun çapta ve 70 cm kılavuz tel (guide wire) bulunmalıdır.
7. İçinde kılavuz telin rahatlıkla geçebileceği, giriş iğnesi olmalıdır.
8. Adım adım genişlemeyi sağlayan damar dilatörü 12 F çapında 15 cm (± 1 cm) ve 20 cm (± 1 cm) uzunluğunda olmalıdır.
9. Malzemedan 2 adet numune verilecektir.

Fazilet CANLI
Tıbbi Onkoloji
Sonumlu Hemşire

Narın U.Ü.S.
N.E.H. Meram Fak. Hesi
Gözetim Kurulu Üyesi
Sonumlu Hemşiresi

ELASTİK BANDAĞ 15 CM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elastik bandaj, pamuk ve lateks ipliğinden yapılmış olmalı, yıkanabilir olmalıdır.
2. Eni 15 cm, boyu 150 cm olmalıdır.
3. Elastik yapıda olmalı, kolay deforme olmamalıdır.
4. Alerjik olmamalı, ciltte reaksiyon oluşturmamalıdır.
5. Bandajın tespiti için kullanılacak özel çengeli agrafları ciltte tahriş oluşturmamalıdır.
6. Tekli paketlerde olmalıdır.
7. Malzemedен 2 adet numune verilecektir.

SKİN MARKER (CİLT KALEMİ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalem her türlü cilt üzerine işaretleme yapabilmelidir.
2. Non toksik olmalıdır.
3. Tatuaj bırakmayan, ambalajında kalibrasyon cetveli bulunmalıdır.
4. Steril paketinde olmalıdır.
5. Kalem ince uçlu olmalıdır.
6. Malzemedен 2 adet numune verilecektir.

LAVAJ KABI 15-25 MI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, solunum yolu hastalıklarının teşhis ve tedavisinde üst solunum yollarından mukus numunesi aspirasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün 15-45ml arasında boyları olmalıdır.
3. Üründe aspirasyon ünitelerine bağlanmak için en az 50' şer cm uzunluğunda birer adet hortum bulunmalıdır.
4. Ürün paketi içinde hasta kimlik bilgileri için yapışkanlı etiket bulunmalıdır.
5. Ürün, hortum, toplama kabı ve kapaktan oluşmalıdır.
6. Üründe bulunan hortumlar tek kapakta birleşmelidir. İstenildiğinde ayrılmalıdır.
7. Ürün paketi içinden ilave kapak çıkmalıdır ve kapak tüpe sıkıca monte edilebilmelidir. Lavaj kabından geriye kaçak olmamalıdır.
8. Ürün toplama kabı derecelendirilmiş olmalıdır.
9. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalı.
11. Malzemedен 2 adet numune verilecektir.

FLASTER 5 X10 (BEZ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flaster ten rengi dokuma kumaştan yapılmış olup, tıbbi bez flaster olmalıdır.
2. Çinko oksit bazlı yapışkanı uzun süreli yapışma sağlamalı, neme, ter ve suya dayanıklı olmalıdır.
3. Cildin hava almasını sağlamalıdır.
4. Çıkarıldığında ciltte yapışkan artığı bırakmamalı; hassas olmayan normal cilt yapısına sahip hastalarda alerjik reaksiyon vermemelidir.
5. Enine ve boyuna kolaylıkla kopabilmelidir.
6. Röntgen ışınlarını geçirgen olup, çıkarılmadan röntgen çekilebilmelidir.
7. Flaster 10 cm eninde ve 5 m uzunluğunda olmalıdır.
8. Malzemedен 2 adet numune verilecektir.


Fazilet ÇANLI
Tıbbi Onkoloji
Sorumlu Hemşire


N.E.O. N. Tip Fak. Hast.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Sorumlu Hemşiresi