

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116299
Alım No : 26/1502
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 24.09.2026 10:00

22.09.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ÜRODİNAMİ ÇİFT LÜMENLİ VEZİKAL KATETER		UR2003 - 31	100,00	ADET		
2	ÜRODİNAMİ REKTAL KATATER		UR2001 - 30	100,00	ADET		
3	ÜRODİNAMİ EMG ELEKTRODU		UR1069 - 52	100,00	ADET		22.09.2026

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMDAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde Vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

tarihde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödemiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

1) ÜRODİNAMİ ÇİFT LÜMENLİ VEZİKAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter vezikal basınç ölçümü için üretilmiş ve steril pakette bulunmalıdır.
2. 7Fr kalınlığında çift lümenli olmalı; basınç ölçüm ve mesane dolum kanalı bulunmalıdır.
3. Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen sıvı ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır.
4. Kateter kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
5. Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
6. Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.

2) ÜRODİNAMİ REKTAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş ve steril pakette bulunmalıdır.
2. Kateter tek kanal basınç ölçümü için üretilmiş, 7Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine guide-wire yerleştirilmiş olmalıdır.
3. Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen sıvı ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır.
4. Kateter kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
5. Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
6. Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
5. Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.

3) ÜRODİNAMİ EMG ELEKTROT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EMG seti 3 parça elektrottan oluşmalıdır.
2. Elektrot yüzeysel kullanılabilir.
3. Her bir elektrot ayrı bir kablo ile cihaza bağlanmalıdır.
4. Kablo bağlantıları klinikte mevcut cihaza uygun olmalıdır.
5. Sifinktere yapıştırılacak elektrotlar ürodinami sırasında ısılandığında çıkmayacak ve sinyal iletimini bozmayacak özellikle korumalı olmalıdır.
6. Elektrotların yapısı dairesel ve pediatrik olmalıdır.
7. Korumalı elektrotlarda 6x7cm alanında 30µm yapışkan koruma olmalıdır.
8. Elektrot üzerindeki kablo uzunluğu 60cm ± 5 olmalıdır.
9. Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
- A) Yukarıda belirtilen 1, 2 ve 3'üncü kalemdeki malzemeler bir grup olup, ayrı ayrı teklif verilemeyecektir. İleri bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte.
- B) Yukarıdaki 3 Kalem malzemeye fiyat verilecek olup, teklifsiz kalem bırakılmayacaktır. Teklifsiz kalem bırakılırsa değerlendirme dışı kalacaktır.
- C) İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- D) Ürünler kliniklerimizdeki cihazla uyumlu olmalıdır, uyumlu değil ise teklif veren firmalar ürodinami için gerekli tüm cihazları hastanemize temin etmelidir.

4. Kablo bağlantıları klinikte mevcut cihaza uygun olmalıdır.

5. Sifinktere yapıştırılacak elektrotlar ürodinami sırasında ısılandığında çıkmayacak ve sinyal iletimini bozmayacak özellikle korumalı olmalıdır.

6. Elektrotların yapısı dairesel ve pediatrik olmalıdır.

7. Korumalı elektrotlarda 6x7cm alanında 30µm yapışkan koruma olmalıdır.

8. Elektrot üzerindeki kablo uzunluğu 60cm ± 5 olmalıdır.

9. Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.

A) Yukarıda belirtilen 1, 2 ve 3'üncü kalemdeki malzemeler bir grup olup, ayrı ayrı teklif verilemeyecektir. İleri bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte.

B) Yukarıdaki 3 Kalem malzemeye fiyat verilecek olup, teklifsiz kalem bırakılmayacaktır. Teklifsiz kalem bırakılırsa değerlendirme dışı kalacaktır.

C) İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

D) Ürünler kliniklerimizdeki cihazla uyumlu olmalıdır, uyumlu değil ise teklif veren firmalar ürodinami için gerekli tüm cihazları hastanemize temin etmelidir.

Doç. Dr. Yılmaz ZİNGER
N.E.Ü. Mırac Tıp Fak. Hast
Göğüs Hastalıkları
Tıp Fak. No: 105585

