

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109180
Alım No : : 25/1504
Talep Eden Birim : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ
Konu : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ İÇİN 38 KALEM MALZEME ALIMİ
Son Teslim Tarih & Saat : 06.10.2025 10:00

02.10.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	NON COMPLİAN BALON 2.75 X 8 MM		KR1124 - 1023.	5,00	ADET		
2	NON COMPLİAN BALON 2.0X20 MM		KR1124 - 1023.	5,00	ADET		
3	NON COMPLİAN BALON 2.75X10 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
4	NON COMPLİAN BALON 2.5X10 MM		KR1124 - 1023.	5,00	ADET		
5	NON COMPLİAN BALON 2.5X12 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
6	NON COMPLİAN BALON 2.75X12 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
7	NON COMPLİAN BALON 2.5X15 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
8	NON COMPLİAN BALON 2.75X15 MM		KR1124 - 1023.	30,00	ADET		
9	NON COMPLİAN BALON 2.5X20 MM		KR1124 - 1023.	5,00	ADET		
10	NON COMPLİAN BALON 2.75X20 MM		KR1124 - 1023.	20,00	ADET		
11	NON COMPLİAN BALON 3.0X12 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
12	NON COMPLİAN BALON 3.0X15 MM		KR1124 - 1023.	30,00	ADET		
13	NON COMPLİAN BALON 3.0X18 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
14	NON COMPLİAN BALON 3.0X20 MM		KR1124 - 1023.	20,00	ADET		
15	NON COMPLİAN BALON 3.5X15 MM		KR1124 - 1023.	30,00	ADET		
16	NON COMPLİAN BALON 3.5X20 MM		KR1124 - 1023.	20,00	ADET		
17	NON COMPLİAN BALON 3.5X23 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
18	NON COMPLİAN BALON 3.75X8 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
19	NON COMPLİAN BALON 3.75X10 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
20	NON COMPLİAN BALON 3.75X12 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
21	NON COMPLİAN BALON 3.75X15 MM		KR1124 - 1023.	15,00	ADET		
22	NON COMPLİAN BALON 3.75X18 MM		KR1124 - 1023.	5,00	ADET		
23	NON COMPLİAN BALON 3.75X20 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
24	NON COMPLİAN BALON 4.5X12 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
25	NON COMPLİAN BALON 4.0X12 MM		KR1124 - 1023.	15,00	ADET		
26	NON COMPLİAN BALON 4.5X18 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
27	NON COMPLİAN BALON 4.5X20 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
28	NON COMPLİAN BALON 5.0 X 18 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
29	NON COMPLİAN BALON 5.0 X 20 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
30	NON COMPLİAN BALON 5.5 X 8 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		
31	NON COMPLİAN BALON 5.5 X 12 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		
32	NON COMPLİAN BALON 5.5 X 15 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		
33	NON COMPLİAN BALON 6.0 X 8 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		
34	NON COMPLİAN BALON 6.0 X 12 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		
35	NON COMPLİAN BALON 6.0 X 15 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		
36	NON COMPLİAN BALON 4.5X10 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
37	NON COMPLİAN BALON 4.5X15 MM		KR1124 - 1023.	10,00	ADET		
38	NON COMPLİAN BALON 6.0 X 10 MM		KR1124 - 1023.	1,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.

2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.

3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.

4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.

5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.

6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.

7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.

8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.

9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.

10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

.YÜKSEK BASINÇ (NON-COMPLIANT) UYGULAMA BALONLU DİLATASYON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monorail (RX) kateter yapısında olmalıdır.
2. 0.014" (inch) kalınlığındaki kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
3. Balon kateterin proksimal shaft kalınlığı 2.0 F ve distal shaft kalınlığı maksimum 2.6 F'olmalıdır.2.00-3.75 mm çapındaki balonlar için distal shaft kalınlığı 2.5 F iken, 4.00-5.00 mm çapındaki balonlar için distal shaft kalınlığı 2.6 F'olmalıdır.
4. Balon lezyon giriş profili en fazla 0.016 olmalıdır.
5. Kullanılabilir kateter uzunluğu minimum 140 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Distal segment kayganlaştırıcı hidrofilik kaplanmış olmalıdır.
7. Balon, rated burst basıncına çıkarıldığında çap değişikliği %7'dan fazla olmamalıdır.
8. Balon nominal basıncı 12ATM (BAR) garanti edilen patlama basıncı (RBP) 2.00-4.00 mm balonlar için minimum 22BAR, 4.5-5.0 mm balonlar için minimum 20ATM (BAR) olmalıdır.
9. Balon uzunlukları 6/ 8/ 10/ 12/ 15/18 /20 /22 /25 /30 mm, balon çapları 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm (±1) seçenekleri içinden seçilebilir olmalıdır.
10. Balon inflasyon halinde iken damar duvarına veya stent duvarına eşit seviyede basınç uygulamalı ve eşit oranda luminal genişleme olanağına imkan vermelidir.
11. Yoğun kalsifik lezyonlarda ve stent içi restenoz lezyonlarında yeterli açıklık sağlayacak derecede yüksek radyal güce sahip olmalıdır.
12. Tork ve fleksibilitesi ileri olmalı,tortüyo damarlardan geçebilmeli,şişirilmiş olan balon kolayca indirilebilir olmalıdır.
13. Balon kateter üzerinde 2 (iki) adet platin-iridyum radyoopak marker olmalıdır.

-
14. Balonlu rekanalizasyon kateteri CE onaylı olmalıdır.
 15. Balon kateterler steril paketler halinde ambalajlanmış olmalıdır. Sterilizasyon bitim süresi en az 2 yıl olmalıdır.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**