

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117855
Alım No : 26/1556
Talep Eden Birim : PLASTİK CERRAHI SERVİSİ
Konu : PLASTİK CERRAHI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 10:00

01.10.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	STERİL SİTRİP			1.000,00	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAMEYİ İNCELEYİP DÖNÜŞ YAPINIZ

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyet yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sat koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

STERİL - STRİP CERRAHİ SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
- 2- Ürünün sırt yapısı polyester filamentlerle güçlendirilmiş , rayon esaslı elyaf 2 dan yapılmış olmalıdır.
- 3- Ürünün yapışkan İzooktil akrilat (10A) ve N - VINİL pirolidon (NVP) den oluşmalıdır.
- 4- Hipoallerjenik olmalıdır.
- 5- Mikro gözenekli yapıda olmalı (Non - woven) cilt nefes alabilmelidir.
- 6- Atravmatik uygulanabilmeli, dikiş izi kalmamalıdır.
- 7- Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı sıkıca kapatabilmelidir.
- 8- Stapler ve dikiş metaryali ile beraber kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılabilmelidir.
- 9- Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
- 10- Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.
- 11- Ürün ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır.
- 12- Gama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
- 13- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
- 14- Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.
- 15- Boyutları 6 mm x 100 mm olmalıdır.
- 16- CE onaylı olmalıdır.
- 19- Miat problemi veya herhangi bir problem oluştuğu takdir de ürün değiştirilmesi yapılacaktır.
- 20-Tüm numuneler teslim edilip plastik cerrahi doktorları tarafından uygunluk alınacaktır.

Prof. Dr. Mehmet DADACI
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.D.
Dip. No: 109630

Prof. Dr. Fatma BÜGEN BEKERESİOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerr. A.B.D.
Dip. No: 3127 Dip. Tes. No: 130746