

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117765
Alım No : 26/1559
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHI SERVİSİ
Konu : GENEL CERRAHI SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 10:00

01.10.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TROKAR KÜNT UÇLU		OR2870 - 50	30,00	ADET		
2	ENDHOOK TEFLON UÇLU 5 MM			30,00	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAMELERİ İNCELEYİP DÖNÜŞ YAPINIZ

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturayükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sat koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

KÜNT UÇLU TROKAR

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda açık teknik (Hasson) ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, künt uçlu obtüratör , kanül ve vidalı konik sabitleyiciden oluşmalıdır.
4. Vidalı konik sabitleyici üzerindeki mandal mekanizmasıyla kanül üzerinde kolaylıkla hareket ettirilebilmelidir.
5. Trokar, 5mm'den 12 mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertör ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmelidir.
6. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalı, iç çapı 12.95 mm ve dış çapı 15.52 mm olmalıdır.
7. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
8. Trokarda kanül ve çap düşürücüde olmak üzere 2 katmanlı valf sistemi olmalıdır. Kanül içerisinde alet giriş çıkışlarında hava kaçağını engellemek için 360 derece hareketli konvertör içine sabit hava kaçağı engelleyici valf olmalıdır. Hareketli yapısı sayesinde el aletleri manevralarında hasar görmesi ve hava kaçağının engellemesini sağlamalıdır. Spesimen çıkartmak için konvertör çıkarıldığında kanül üzerinde bulunan perde şeklinde, yanlara esnek açılabilen hava kaçağını engelleyen perde valf olmalıdır. Konvertör çıkarıldığında bile bu valf pneumoperitonun korunmasını sağlamalıdır. Trokar, el aletlerinin giriş çıkışı sırasında gaz kaçağını engellemeli, vaka boyunca bu özelliğini korumalıdır.
9. Konvertörün kolaylıkla çıkarılmasını sağlayan bir mandal olmalıdır.
10. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
11. Sabitleme sütürlerinin bağlanabilmesi için , vidalı konik sabitleyicinin üzerinde iki adet kulakçık bulunmalıdır.
12. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde belirtilmelidir.
13. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
14. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
15. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
16. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
17. Numune uzman ekip tarafından değerlendirildikten sonra kesin karar verilecektir.
18. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir.

23.09.2018
Doç. Dr. M. Akın Karaman
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No. 132634


Dr. Öğr. Üyesi **Alper VARMAN**
M.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323

ENDOHOOK TEFLON UÇLU 5 MM

1. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Alet 5 mm çapında olmalıdır.
3. Şaft sert kısmı endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için renkli yalıtkan parlamayan materyalle kaplanmış olmalıdır.
4. Elektrokoter kalemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. Koter kaleminin girişi standart ve 2.3-2.5 mm olmalıdır.
6. Elektrodun aktif kısmı L-Hook tip olmalıdır.
7. Şaft uzunluğu 30 ± 2 cm olmalıdır.
8. Hastanemizde kullanımda olan elektrocerrahi ünitelerine uyumlu olmalıdır.
9. Alet üzerindeki düğmelerden ve ayak pedalı ile kullanıma uygun olmalıdır.
10. Steril paketli malzeme en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
11. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
12. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
13. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
14. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir.

[Signature]
Doç. Dr. M. M. YILDIRIM
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 161323

[Signature]
Dr. Z. Z. YILMAZ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hast. Hast.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323