

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117779
Alım No : 26/1560
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 10:00

01.10.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI VİTREKTOMİ PROBU-1		GZ1036 - 131	6,00	ADET		
2	FLUORESCİN KAĞIDI(1000 ADETLİK KT)..			10,00	KUTU		
3	GÖZ PEDI			10.000,00	ADET		
4	RETROBULBER İĞNE UCU		GZ1003 - 12	150,00	ADET		

K TEKNİK ŞARTNAMLAR SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturayükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan

tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

1. FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI (1) ÖN VİTREKTOMİ PROBU

1. Hastanemizde bulunan Alcon Marka Centurion Model fakoemülsifikasyon cihazında kullanılmak üzere orijinal olmalıdır.
2. Paket; üzerinde bir adet cihaza bağlanan hava hattı ve bir adet aspirasyon hattının bulunduğu 23 ga ön vitrektomi probuna sahip olmalıdır.
3. Cihaz, bu prop ile 0-5000 kesi arası ön vitrektomi yapabilmelidir.
4. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir poşet içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
5. Paketin üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
6. Paketin nereden güvenle açılacağını gösterecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
7. Paketin cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
8. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir. Bunun mümkün olmaması ve değerlendirmeyi yapacak hekimin uygun görmesi halinde hangi ürünün teklif edildiği katalog veya UTS sisteminden tanıtılacaktır.
9. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını(LOT) belirtmelidirler. Teslim edilen numunelerin üzerinde ürünün ihaledeki kaçıncı kaleme ait olduğu, hangi medikal firmanın teklifi olduğu sticker veya yazıyla açıkça belirtilmiş olmalıdır.
10. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığının anlaşılması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.

2. FLUORESCEİN TEST STRİP ŞARTNAME (1000'lik)

1. Her kutu içerisinde 1000'er adet etilen oksitle steril edilmiş strip olmalıdır.
2. Kutu içinde 100'er li paketler halinde olmak üzere 10 paket olmalıdır.
3. Boya miktarı 1mg' den az olmamalıdır.
4. Oftalmik kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Fluorescein stripler kornea ve gözyaşı dokusunun değerlendirilmesinde ve kontakt lens yerleştirmede yüksek kalitede sonuç vermelidir.
6. Ürünler için numune istenecektir, numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

3. GÖZ PEDİ

1. Ürün göz yaralanmalarının tedavisinde, ameliyat sonrası göz bakımında kullanılmak
2. amacı ile medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Göz bölgesini tamamen kapatacak şekilde oval tasarlanmış olmalıdır.
4. Alerji yapmayan, kolay yapışır ve kolay çıkarılır yapıda olmalıdır.
5. Gözenekli yapıda olmalı bu sayede cildin hava almasını sağlamalıdır.
6. Gözde oluşabilecek her türlü hasar sonrasında gözü kapatmak için kullanıma uygun
7. olmalıdır.
8. Işık geçirmeyen tampon ile göz için gerekli karanlığı sağlamalıdır.
9. Ürünün UTS kaydı olmalıdır.
10. Ürün tekli ambalajda sunulmalıdır.
11. Teklif verecek firmalar bir adet numune getirecek, gelen numuneler test edilecek ve ilgili uzman tarafından değerlendirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.İ. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D. N.E.İ. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115464 / 80325
Dip. Tes. No: 35798/47698

100

100-100000