

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117694
Alım No : 26/1570
Talep Eden Birim : KALP DAMAR CERRAHI AML. DEPOSU
Konu : KALP DAMAR CERRAHI AML. DEPOSU İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 06.10.2026 10:00

02.10.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TUBİNG SET (ERİŞKİN)		KV1058 - 138	100,00	ADET		
2	KARDİYOPLÖJİ SETİ		KV1082 - 622	100,00	ADET		

İstir

Alır

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları (malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması, tanımlı süt koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanınmış olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

teklif vermiştir. /...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir. Firma

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

KARDİYOPELJİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (21.09.2026/117694)

- 1- Kardiyopleji ısı değıştiricisi kardiyopleji uygulamalarında optimum ısı değışiminin sağlanabilmesi için paslanmaz çelik kanallar içeren silindirik veya dikdörtgen yapıda olmalıdır.
- 2- Yüksek ısı değışim performansı özelliğı sayesinde daha düşük yüzey alanla yeterli ısı değışimi sağlanabilmeli, böylelikle kanın yabancı yüzeyle temasını minimuma indirilebilmelidir.
- 3- Kardiyopleji ısı değıştiricisi yüzey alanı 0, 023 m² den yüksek olmamalıdır.
- 4- Kardiyopleji ısı değıştirici en fazla 35 ml prime hacminde olmalıdır.
- 5- Kardiyopleji ısı değıştirici ile en fazla 600 ml/dak kan akışı sağlanabilmelidir.
- 6- Kardiyopleji ısı değıştirici performans faktörü 300 ml/dak kan akışında 0,95 değerinden az olmamalıdır.
- 7- Üründe entegre hava tutucu bulunmalıdır.
- 8- Prime işleminin kolaylıkla yapılabilmesi için prime ve perfüzyon yönlerini gösteren valf içermelidir.
- 9- Isıtıcı soğutucu cihazından gelen su hatlarının bağlantısı kolaylıkla yapılabilmelidir.
- 10- Üründe kardiyopleji ısını ölçmek için bir adet ısı probu portu bulunmalıdır.
- 11- Ürün kurumun istediğı çizimde olmalıdır.

Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
N.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerr.A.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 140389

Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ
N.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerr.A.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 77370

Prof. Dr. Ömer TANVELİ
Acemettin Erbakan Ünv. Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 104922

TUBİNG SET (ERİŞKİN) (21.09.2026/117694)

Ekteki çizim örneğine uyumlu olacaktır.

Pompa hattı (makine) ve masa hattı birlikte olacak fakat ayrı paketleneyecektir.

Her masa hattında hatları tutmak için holder bulunmalıdır.

Masa hattı çift steril pakette olmalıdır.

Tüp set medikal grade non-pyrogenic ekstrakorporeal dolaşım için PVC'den imal edilmiş olmalıdır.

Her sette:

- 1 adet hızlı prime seti (çizimde gösterilen özelliklerde) olmalıdır
- 1adet 3\8x3\8x1\2 lüerli konnektör
- 1adet 1\ 2x1\2 lüerli konnektör olmalıdır.
- 2 adet üçyollu musluk olmalıdır.
- 1\4x1\4x1\4 konnektör

Tubing set klinik kullanıma uygun çizimde olmalıdır.

Tubing set üzerinde Kardiyopulmoner sırasında hastanın metabolik durumunu izlemek amacıyla venöz ve arter problemler bulunacaktır..Bu problemler sayesinde;

SaO2, SvO2, QBlood, Hb, Ta, Tv, Pin, Pout, MAP, TAux, DO2, VO2, O2ER, SVR, C.I, DO2I, SVRI, ΔP, B.S.A ölçümlenebilecek ve kullanım süresince firma tarafından verilecek monitör ile takibi yapılabilir.

Firma tarafından teslim edilen ürünler miadı dolmasına 3 (üç) ay kala uzun miadlısı ile değiştirilmelidir.

Teklif verilen tubing set ve kardiyopleji setler takım halinde değerlendirilecektir.

Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
N.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cer.A.D. Öğr. Üyesi
Diy. Tes. No: 140389

Prof. Dr. Niyazi CÖRMÜŞ
N.E.O. Meram Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cer.A.D. Öğr. Üyesi
Diy. Tes. No: 17370

Prof. Dr. Ömer TANVELİ
Mecmettin Erbakan Üniv. Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Diy. Tes. No: 20702