

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 117522
Alım No : 26/1576
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHI SERVİSİ
Konu : GENEL CERRAHI SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 05.10.2026 10:00

02.10.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KOLOSTOMİ TORBASİ 70 MM		OR2030 - 13	100,00	ADET		
2	KOLOSTOMİ BANDI (ADAPTÖR) 70 MM		OR2000 - 21	100,00	ADET		

N OT:TEKNİK ŞARTNAMEYİ İNCELEYİP DÖNÜŞ YAPINIZ

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden; geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu

70 MM ADAPTÖRLÜ SİSTEM İKİ PARÇA BOŞALTMALI OSTOMİ TORBASI TEKNİK ŞARTNAME

1. Torbalar kolay boşaltım sistemine sahip olup alttan boşaltılabilir olmalıdır.
2. Her torbanın kendi kapatma sistemi olup dışardan kilit, klips vs. gibi ihtiyaçları olmamalıdır.
3. Alttan boşaltma sisteminin kolay hijyenik ve içindekinin dışarı sızması için güvenli ve güçlü bir kapatma sistemi olmalıdır.
4. Torbalar terlemeyi önleyici, ıslandığında çabuk kuruyan, su geçirmez materyalden üretilmelidir.
5. Ürünün entegre filtresi olmalıdır ve filtresi kokuyu engelleyici özellikte olmalıdır.
6. Torbalar şeffaf şekilde olmayıp , içini göstermemelidir.
7. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
8. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
9. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
10. Numune uzman ekip tarafından değerlendirildikten sonra kesin karar verilecektir.
11. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir.
12. Torba boyutu kendi adaptörüne uygun şekilde 70 mm +/- 5 mm olmalıdır.

[Handwritten signature]

15.09.2026
Doç. Dr. M. Ayhan ÖZDEMİR
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 132604

[Handwritten signature]
Dr. Öğr. Üyesi M. Ayhan ÖZDEMİR
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tes. No: 161325

70 MM ADAPTÖRLÜ SİSTEM İKİ PARÇA BOŞALTMALI OSTOMİ TORBASI ADAPTÖRÜ

1. Adaptörün vücuda yapışan hidrokollodid kısmının yapımında kullanılan malzeme vücutta yara, kaşıntı tahriş, alerji oluşumuna sebep olacak bir malzemeden olmamalıdır.
2. Adaptör yapısı insan vücuduna yapıştığında kolaylıkla çıkan, düşen yapıda ve şekilde olmamalıdır.
3. Kuru ya da masere olmuş deriye kolaylıkla yapışabilir yapıda olmalıdır.
4. Tahrişe ve irritasyona neden olmamalıdır.
5. Adaptör kilit kısmı torbası ile uyumlu olmalıdır.
6. Adatör kısmı 70 mm +/- 5 mm ye kadar kesilebilmelidir.
7. Adaptör hasta hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
8. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
9. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
11. Numune uzman ekip tarafından değerlendirildikten sonra kesin karar verilecektir.
12. Malzemeye ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeye değiştirme garantisi verilmelidir.
13. Torba boyutu kendi adaptörüne uygun şekilde 70 mm +/- 5 mm olmalıdır.

Uz. Dr. N. D. K.
15.09.2026
Doç. Dr. N. D. K.
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 132634

[Signature]
Doç. Dr. N. D. K.
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 161323