

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109842
Alım No : 25/1635
Talep Eden Birim : KALP DAMAR CERRAHİ AML. DEPOSU
Konu : KALP DAMAR CERRAHİ AML. DEPOSU İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.10.2025 10:00

27.10.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ENJEKTÖR ANJİOMAT İLLUMİNENA 150ML.		GR1249 - 74.1	100,00	ADET		
2	CER. SÜT. POLYESTER MULTİFLAMENT NO:2/0 20 MM.1/2 Y.İ. Ç.İ.3*7 MM. PLEJİTLİ 75 CM. 2 RENKLİ			1.000,00	ADET		
3	CER. SÜT. POLYESTER MULTİFLAMENT NO:2/0 25 MM. 1/2 Y.İ. Ç.İ.3*7 MM. PLEJİTLİ 75 CM. 2 RENKLİ			1.000,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.

2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.

3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.

4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.

5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.

6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.

7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.

8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.

9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.

10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLERİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2025 ve/...../2025 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

.INFLATION DEVICE (ANJİYO ENJEKTÖR SİSTEMİ İÇİN ŞİRINGA) ŞARTNAMESİ
(20.10.2025 / 109842)

- 1- Şiringa 150 cc kapasiteli olmalıdır.
 - 2- Şiringa gövdesi tam şeffaf olmalıdır.
 - 3- Şiringa ANGIOMAT ILLUMENA cihazına uyumlu olmalıdır.
 - 4- Şiringa ile birlikte kontrast doldurma borusu bulunmalıdır.
 - 5- Şiringa steril ambalajda olmalı, sterilizasyon süresi en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
 - 6- Şiringa CE belgesine sahip olmalıdır.
 - 7- Numune görülecektir.
- CERRAHİ SENTETİK MULTİFLAMENT ABSORBE OLMAYAN POLYESTER İPLİK
TEKNİK ŞARTNAMESİ (20.10.2025 / 109842)
- 1- Cerrahi Sentetik Multiflament Polyester veya polyethylene terephthalate'dan imal edilmiş olacak, kaplaması silikon olmalıdır. Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi'ne uygun olacaktır.
 - 2- Cerrahi Sentetik Multiflament Polyester iplikler, cerrahi iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı engelleyecek şekilde, alüminyum folyo veya çift (şeffaf/Tyvek-karton/blister) poşette ambalajlanmış olacaktır.
 - 3- Cerrahi Sentetik Multiflament Polyester iplikler steril olacaktır. Mavi-yeşil ve beyaz renk seçenekleri olmalı.
 - 4- Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olacaktır. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
 - 5- İğne ile ilgili Şartlar: İğne Boyu 10 mm.nin üzerindeki için +/- 2 tolerans tanınmalıdır. İğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, iğne sert (kalsifiye) dokularda rahatlıkla kullanılmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivrilğini operasyon boyunca devam ettirebilmelidir.
 - 6- a) Kırılmaya karşı dirençli Cardiopoint iğne çeliği olmalıdır.
b) İğne portegüye takılıken sert dokularda kolay dönmesini engelleyecek yapıda olmalı.
c) İğneler numune değerlendirme aşamasında uygun yüzeylerde çoklu geçiş performansı test edilecek ve keskinliğini koruması değerlendirilecektir.
 - 7- Sütür ile ilgili Şartlar: Sütür boyu 45 cm.nin üzerindeki için +/- %12 tolerans tanınmalıdır.
 - 8- a) Kalp Kapakçığı gibi özellikli ve yüksek emniyet gerektiren dokularda efektif kullanıma uygun olmalı.
b) Kalp kapağı sütürleri pledget'li olmalı, poşet içerisinde 10x75 cm ve 4x75 cm veya üzeri sütür bulunmalı ve sütürlerin 2+2 ve 5+5 farklı renklerde olmalıdır.
c) Pledget'ler PTFE yapıda olmalıdır.
 - 9- Birim Ambalaj: Sentetik multifilament absorbe olmayan cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilizesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelecektir. Ayrıca paketlerin üzerinde CE markalaması ve numarası bulunmalıdır.
a) Dış ambalaj kullanım anına kadar nemden, ısıdan korunması için, bir yüzü şeffaf nylon, diğer yüzü yırtılmaya (tyvek) kağıttan olmalıdır.
b) İç ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde karton folyo poşetten oluşacaktır. Fonksiyonelliği sağlamak için karton folyo işaret edilen yerden açıldığında iğne direk görünmeli ve kolaylıkla portegüye yerleştirilebilir konumda olmalıdır.
c)Folyo üzerindeki bilgiler soğuk baskı ile yazılmış olmalı, hiçbir şekilde silinmemeli ve bozulmamalıdır.
d) Birim ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler çıkartılmayacak şekilde yazılmış olacaktır.
- İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
- Ürünün ticari ismi ve etken maddesi
- İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatul, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak),
- İğne büyüklüğü 1/1 oranında görülebilmeli,
- İğnesiz ise sütür adedi,
- Sütürün kalınlığı (Metrik ve U.S.P. olarak),
- Sütürün uzunluğu (Inc ve Cm olarak)
- Sütürün rengi,

-
- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu,
 - Son kullanma tarihleri,
 - Ürünün kod numarası (Verilen katalog ve broşürde belirtilen numara ile tutmalıdır)
 - Lot numarası
 - Poşetin açılmasını belirten sembol olmalı
- 10- Çoklu paketlerde paket içindeki her bir sütür için fiyat verilecektir.
- 11- Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı ürünlerin üzerine birebir teklif mektubunda verilen ÜTS numaraları barkot şeklinde yapışmış olarak teslim edilecektir.
- 12- ÜTS'ne kayıtlı olmayan malzemeler için ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkotu

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**